

# Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей.

## Рекомендации экспертов Ассоциации флебологов России

Утверждены Исполнительным советом Ассоциации флебологов России, 11.10.2021 г.

© Д.Е. ЛИШОВ, Л.В. БОЙКО, И.А. ЗОЛОТУХИН, Е.А. ИЛЮХИН, С.Е. КАТОРКИН, М.П. БЕРЕЗКО, С.С. АЙДАЕВ, Р.А. ВИНОГРАДОВ, О.Н. ГУЖКОВ, О.И. ЕФРЕМОВА, Е.В. ИВАНОВ, О.О. ИВАНОВ, Х.М. КУРГИНЯН, К.В. МАЗАЙШВИЛИ, Н.Д. МЖАВАНАДЗЕ, А.С. ПЕТРИКОВ, О.Я. ПОРЕМБСКАЯ, Е.И. СЕЛИВЕРСТОВ, Д.А. СЛАВИН, А.А. СМИРНОВ, И.А. СУЧКОВ, М.Б. ХОДКЕВИЧ, А.Б. ЦАТУРЯН, Р.Г. ЧАББАРОВ, А.И. ШИМАНКО, О.А. ШОНОВ, Ю.М. СТОЙКО, А.И. КИРИЕНКО

### РЕЗЮМЕ

Ультразвуковое исследование вен — это способ визуализации, широко используемый в оценке состояния венозной системы нижних конечностей в норме и при различных заболеваниях. Качественно выполненное ультразвуковое исследование в большинстве ситуаций имеет решающее значение в диагностике и определении тактики лечения пациента с заболеваниями вен. Использование ультразвукового исследования вен признается обязательным в практике врачей, занимающихся диагностикой и лечением острых и хронических заболеваний венозной системы. Настоящие рекомендации составлены экспертной группой Ассоциации флебологов России. Документ систематизирует данные об ультразвуковой анатомии вен нижних конечностей. В нем описаны основные режимы ультразвукового сканирования, приведены требования к конфигурации и установкам ультразвукового сканера. Отдельно представлены требования к положению пациента во время исследования, положению ультразвукового датчика в зависимости от используемых режимов ультразвукового сканирования, даны критерии, которыми следует руководствоваться при оценке венозного рефлюкса, описаны провокационные пробы. Представлены алгоритмы выполнения ультразвукового исследования вен нижних конечностей в различных бассейнах венозного русла, а также в некоторых особых клинических ситуациях. В документе предлагается оптимальный вариант формулировки заключения по результатам проведенного ультразвукового исследования. Приводится заключение юриста, сделанное по результатам анализа регулирующей документации и посвященное обоснованию использования ультразвукового исследования флебологами в своей клинической практике. Данные рекомендации адресованы врачам ультразвуковой диагностики, флебологам, врачам сердечно-сосудистого профиля, а также общим хирургам и врачам других специальностей.

**Ключевые слова:** ультразвуковая анатомия вен нижних конечностей, глубокие вены, подкожные вены, перфорантные вены, магистральные вены, немагистральные вены, венозный рефлюкс, ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, В-режим, цветовой доплер, импульсно-волновой доплер.

**Автор, ответственный за переписку:** Лишов Д.Е. — e-mail: lishov@mail.ru

### КАК ЦИТИРОВАТЬ:

Лишов Д.Е., Бойко Л.В., Золотухин И.А., Илюхин Е.А., Каторкин С.Е., Березко М.П., Айдаев С.С., Виноградов Р.А., Гужков О.Н., Ефремова О.И., Иванов Е.В., Иванов О.О., Кургинян Х.М., Мазайшвили К.В., Мжаванадзе Н.Д., Петриков А.С., Порембская О.Я., Селиверстов Е.И., Славин Д.А., Смирнов А.А., Сучков И.А., Ходкевич М.Б., Цатурян А.Б., Чаббаров Р.Г., Шиманко А.И., Шонов О.А., Стойко Ю.М., Кириенко А.И. Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей. Рекомендации экспертов Ассоциации флебологов России. *Флебология*. 2021;15(4):318–340. <https://doi.org/10.17116/flebo202115041318>

## Duplex Ultrasound of Lower Limbs Venous System. Russian Phlebology Association Expert Panel Report

© D.E. LISHOV, L.V. BOYKO, I.A. ZOLOTUKHIN, E.A. ILYUKHIN, S.E. KATORKIN, M.P. BEREZKO, S.S. AYDAEV, R.A. VINOGRADOV, O.N. GUZHKOV, O.I. EFREMOVA, E.V. IVANOV, O.O. IVANOV, KH.M. KURGINYAN, K.V. MAZAYSHVILI, N.D. MZHAVANADZE, A.S. PETRIKOV, O.YA. POREMBSKAYA, E.I. SELIVERSTOV, D.A. SLAVIN, A.A. SMIRNOV, I.A. SUCHKOV, M.B. KHODKEVICH, A.B. TSATURYAN, R.G. CHABBAROV, A.I. SHIMANKO, O.A. SHONOV, YU.M. STOYKO, A.I. KIRIENKO

### ABSTRACT

Diplex ultrasound (DUS) is an imaging technique that is widely used in order to assess venous system conditions in healthy subjects and in patients with chronic venous disease, deep venous thrombosis and superficial thrombophlebitis. A thoroughly performed DUS is crucially important for precise diagnostics and treatment. DUS is widely accepted as mandatory in phlebology practice.

These guidelines are drawn up by an expert group of the Russian Phlebological Association. The document systematizes data on the ultrasound anatomy of the veins of the lower extremities. It describes the main algorithms DUS as well as requirements for the configuration and settings of the ultrasound machine. The position of the patient during the study, ultrasound transducer placing, depending on the situation are presented. Criteria of pathologic venous reflux are described. Algorithms for DUS performing in different venous segments as well as in some clinical situations are presented. The document proposes example for conclu-

sions based on the results of the ultrasound examination. Also, a lawyer's report based on the results of the analysis of the regulatory documentation, and devoted to the justification of the use of DUS by phlebologists in their clinical practice, is presented. Guidelines are addressed to ultrasound diagnostics specialists, phlebologists, vascular specialists, general surgeons and others.

**Keywords:** ultrasound venous system anatomy, deep veins, superficial veins, perforator veins, saphenous veins, nonsaphenous veins, venous reflux, venous ultrasound examination, duplex ultrasound, B-mode, color doppler, pulsed wave doppler.

**Corresponding author:** Lishov D.E. — e-mail: lishov@mail.ru

**TO CITE THIS ARTICLE:**

Lishov DE, Boyko LV, Zolotukhin IA, Ilyukhin EA, Katorkin SE, Berezko MP, Aydaev SS, Vinogradov RA, Guzhkov ON, Efremova OI, Ivanov EV, Ivanov OO, Kurginyan KhM, Mazayashvili KV, Mzhavanadze ND, Petrikov AS, Poremskaya OYa, Seliverstov EI, Slavin DA, Smirnov AA, Suchkov IA, Khodkevich MB, Tsaturyan AB, Chabbarov RG, Shimanko AI, Shonov OA, Stoyko YuM, Kirienko AI. Duplex Ultrasound of Lower Limbs Venous System. Russian Phlebology Association Expert Panel Report. Russian phlebology association expert panel report. *Flebologiya*. 2021;15(4):318–340. (In Russ.). <https://doi.org/10.17116/flebo202115041318>

## Содержание

1. Список сокращений и терминов (международная номенклатура) . . . . .	320
2. Ультразвуковая анатомия вен нижних конечностей . . . . .	321
2.1. Глубокие вены . . . . .	321
2.2. Подкожные вены . . . . .	321
2.2.1. Магистральные (сафенные) подкожные вены . . . . .	321
2.2.2. Притоки . . . . .	322
2.2.3. Немагистральные (несафенные) вены . . . . .	323
2.2.4. Коммуникантные (межсафенные, межстволовые) вены . . . . .	323
2.3. Перфорантные вены . . . . .	323
3. Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей . . . . .	324
3.1. Режимы ультразвукового исследования . . . . .	324
3.1.1. В-режим . . . . .	324
3.1.2. Доплеровские режимы ультразвукового исследования вен нижних конечностей . . . . .	324
3.2. Конфигурация ультразвукового сканера. Требования к установкам ультразвукового сканера . . . . .	325
3.2.1. В-режим . . . . .	326
3.2.2. Доплеровские режимы сканирования . . . . .	326
3.3. Подготовка пациента к исследованию. Положение пациента во время исследования . . . . .	327
3.3.1. В положении лежа . . . . .	327
3.3.2. В положении стоя . . . . .	328
3.3.3. В положении сидя . . . . .	328
3.4. Положение ультразвукового датчика во время проведения обследования . . . . .	328
3.5. Ультразвуковая характеристика интактных вен . . . . .	329
3.6. Измерение линейных размеров . . . . .	329
3.7. Оценка венозного рефлюкса . . . . .	330
3.7.1. Провокационные пробы для оценки венозного рефлюкса . . . . .	330
3.7.2. Оценка венозного рефлюкса в перфорантных венах . . . . .	331
3.8. Номенклатура медицинских услуг: ультразвуковое исследование вен нижних конечностей . . . . .	332
4. Алгоритм выполнения ультразвукового исследования вен нижних конечностей . . . . .	332
4.1. Глубокие вены бедра и голени . . . . .	333
4.2. Подкожные вены . . . . .	333
4.2.1. СФС, БПВ, добавочные подкожные вены, притоки на бедре . . . . .	333
4.2.2. СПС и МПВ . . . . .	333
4.3. Перфорантные вены . . . . .	334
4.4. Обследование пациентов, ранее перенесших инвазивное лечение по поводу варикозной болезни . . . . .	334
5. Отображение результатов ультразвукового исследования вен нижних конечностей. Формирование заключения . . . . .	334
6. Практические рекомендации экспертной группы по использованию ультразвукового исследования венозной системы нижних конечностей . . . . .	336
7. Приложение. Ультразвуковая диагностика в хирургической практике. Юридические аспекты . . . . .	337
8. Литература . . . . .	339

## 1. Список сокращений и терминов. Международная номенклатура

В Рекомендациях использованы следующие номенклатурные термины и сокращения [1]:  
БВ — бедренная вена (femoral vein);  
БПВ — большая подкожная вена (GSV — great saphenous vein);  
БПМПВ — бедренное продолжение МПВ (TE — thigh extension of the small saphenous vein, cranial extension of the small saphenous vein);  
ВБНК — варикозная болезнь нижних конечностей; вена Джакомини (Giacomini vein);  
ГБВ — глубокая бедренная вена (deep femoral vein, profunda femoris vein);  
ЗББВ — задние большеберцовые вены (posterior tibial veins);  
ЗБОВ — задняя бедренная огибающая вена (posterior thigh circumflex vein);  
ЗДПВ — задняя добавочная подкожная вена (PASV — posterior accessory saphenous vein);  
икроножные вены (gastrocnemius veins);  
камбаловидные вены (soleal veins);  
латеральная венозная система (lateral venous system);

МБВ — малоберцовые вены (fibular or peroneal veins);  
межсафенные вены (intersaphenous veins);  
МПВ — малая подкожная вена (SSV — small saphenous vein);  
ОБВ — общая бедренная вена (common femoral vein);  
ПББВ — передние большеберцовые вены (anterior tibial veins);  
ПБОВ — передняя бедренная огибающая вена (anterior thigh circumflex vein);  
ПДПВ — передняя добавочная подкожная вена (AASV — anterior accessory saphenous vein);  
ПКВ — подколенная вена (popliteal vein);  
СПС — сафеноподколенное соусьье (SPJ — sapheno-popliteal junction);  
СФС — сафенофеморальное соусьье (SFJ — sapheno-femoral junction);  
УЗИ — ультразвуковое исследование;  
ХЗВ — хронические заболевания вен;  
ЧПИ — частота повторения импульса.

При составлении заключений по результатам клинического и ультразвукового исследования на основе классификации CEAP следует использовать термины и сокращения, представленные в **таблице**.

**Таблица. Полные наименования венозных сегментов и аббревиатуры, используемые в классификации CEAP**  
**Table. Full names of venous segments and abbreviations used in the CEAP classification**

Поверхностные вены			
1 Telangiectasia	Tel		Телеангиэкзазии
1 Reticular veins	Ret		Ретикулярные вены
2 Great saphenous vein	GSVa		Большая подкожная вена выше колена
3 Great saphenous vein	GSVb		Большая подкожная вена ниже колена
4 Small saphenous vein	SSV		Малая подкожная вена
Anterior accessory saphenous vein	AASV		Передняя добавочная подкожная вена
5 Nonsaphenous vein	NSV		Несафенные вены
Глубокие вены			
6 Inferior vena cava	IVC		Нижняя полая вена
7 Common iliac vein	CIV		Общая подвздошная вена
8 Internal iliac vein	IIV		Внутренняя подвздошная вена
9 External iliac vein	EIV		Наружная подвздошная вена
10 Pelvic veins	PELV		Тазовые вены
11 Common femoral vein	CFV		Общая бедренная вена
12 Deep femoral vein	DFV		Глубокая бедренная вена
13 Femoral vein	FV		Бедренная вена
14 Popliteal vein	POPV		Подколенная вена
15 Crural (tibial) vein	TIBV		Вены голени
15 Peroneal vein	PRV		Малоберцовая вена
15 Anterior tibial vein	ATV		Передняя большеберцовая вена
15 Posterior tibial vein	PTV		Задняя большеберцовая вена
16 Muscular veins	MUSV		Мышечные вены
16 Gastrocnemius vein	GAV		Вены икроножной мышцы
16 Soleal vein	SOV		Вены камбаловидной мышцы
Перфорантные вены			
17 Thigh perforator vein	TPV		Перфорантные вены бедра
18 Calf perforator vein	CPV		Перфорантные вены голени

## 2. Ультразвуковая анатомия вен нижних конечностей

Анатомия венозной системы нижних конечностей очень вариабельна. Тем не менее согласие профессионального сообщества по анатомической терминологии и ультразвуковой анатомии вен нижних конечностей достигнуто [1–4]. В зависимости от соотношения с глубокой фасцией при описании вен нижних конечностей выделяют три отдела: глубокие вены, поверхностные (подкожные) вены и перфорантные вены [1, 3, 5–8].

Глубокие вены нижних конечностей расположены в пространстве, ограниченном мышечной фасцией (мышечным футляром), и имеют названия, повторяющие названия сопровождаемых ими артерий (исключение — бедренная вена (БВ), ранее — поверхностная БВ). Подкожные вены расположены над мышечной фасцией в *tela subcutanea* (подкожной основе, подкожно-жировой клетчатке) и подразделяются на магистральные (*saphenous*) вены и немагистральные (*non-saphenous*) вены. Последние не принадлежат системам большой (БПВ) или малой подкожных вен (МПВ) и впадают в глубокую венозную систему самостоятельно. Те и другие вены имеют притоки.

Подкожные вены связаны с глубокими посредством перфорантных вен, сафенофеморального (СФС) и сафеноподколенного (СПС) соустий, а также соустий немагистральных вен.

### 2.1. Глубокие вены

Глубокая венозная система включает вены, которые находятся в пространстве, ограниченном мышечной фасцией.

На голени:

- передние и задние большеберцовые вены (ПББВ и ЗББВ), малоберцовые вены (МБВ);
- камбаловидные вены, икроножные вены (медиальные, латеральные, междуглавые).

Глубокие вены голени, как правило, парные. Однако они могут быть представлены и в большем количестве, а также могут быть одиночными.

На уровне колена:

- подколенная вена (ПКВ) является основным коллектором, собирающим венозную кровь от стопы и голени. Как правило, ПКВ формируется при слиянии малоберцовых с задними большеберцовыми венами. Камбаловидные, икроножные и малоберцовые вены могут участвовать в формировании ПКВ, однако они также могут дренироваться в ЗББВ, МБВ или в ПВ. В некоторых случаях глубокие вены голени (преимущественно икроножные) могут дренироваться в МПВ сразу дистальнее СПС. При выходе из подколенной ямки в краиальном направлении ПКВ переходит в Гунтеров (приводящий) канал.

На бедре:

- бедренная вена (БВ, ранее продолжение подколенной вены в Гунтеровом канале обозначали как поверхностную БВ);
- глубокая бедренная вена (ГБВ) — основной приток БВ, формируется из мышечных вен;
- общая бедренная вена (ОБВ — краиальное продолжение БВ после ее соединения с ГБВ).

### 2.2. Подкожные вены

Выделяют магистральные (сафенные), немагистральные (несафенные) подкожные вены и их притоки.

#### 2.2.1. Магистральные (сафенные) подкожные вены

Магистральные вены расположены в межфасциальном пространстве, ограниченном мышечной фасцией и поверхностной (подкожной) фасцией. К ним относят БПВ, МПВ, проксимальные сегменты передней добавочной подкожной вены (ПДПВ), задней добавочной подкожной вены (ЗДПВ), бедренное продолжение МПВ (БПМПВ), также расположенные в фасциальном футляре.

#### Большая подкожная вена

##### БПВ на голени

БПВ является краиальным продолжением медиальной краевой вены стопы. На голени при поперечном ультразвуковом сканировании БПВ расположена в треугольнике, образованном большеберцовой костью, медиальной головкой икроножной мышцы и листком подкожной (поверхностной) фасции (англ. tibio-gastrocnemius angle sign) [9].

Расположение БПВ на голени в этом треугольнике позволяет дифференцировать ствол БПВ от притоков. Отсутствие БПВ в этом треугольнике свидетельствует об аплазии БПВ. В дистальной части голени к БПВ интимно прилежит медиальный кожный нерв.

##### БПВ на бедре

Огибая медиальный мыщелок бедренной кости по задней поверхности, БПВ продолжается на бедро, где ее можно идентифицировать в фасциальном футляре. Пространство, в котором БПВ находится на бедре при поперечном ультразвуковом сканировании напоминает «египетский глаз», при этом мышечная фасция играет роль нижнего века, поверхностная (подкожная) фасция — верхнего века, а БПВ выглядит как зрачок [10].

Как правило мышечная фасция лучше различима в силу высокой ее эхогенности. Усиливают сходство с «египетским глазом» связки, соединяющие БПВ и фасцию («веки»). Признак «египетского глаза» всегда присутствует и позволяет точно идентифицировать БПВ и дифференцировать ее от притоков. Отсутствие БПВ в пространстве, ограниченном мы-

шечной и поверхностной фасцией, говорит об апласии БПВ на бедре. Также нередко можно наблюдать гипоплазию БПВ на большем или меньшем протяжении. Редким наблюдением является истинное удвоение БПВ. При этом на бедре в одном фасциальном футляре лоцируют два ствола БПВ.

### Добавочные подкожные вены

Выделяют переднюю и заднюю добавочные подкожные вены (ПДПВ, ЗДПВ). Добавочные подкожные вены сопровождают БПВ, находятся в отдельном пространстве, ограниченном подкожной фасцией, и располагаются соответственно латеральнее и медиальнее от БПВ.

БПВ и ПДПВ при ультразвуковом сканировании в поперечном срезе в верхней трети бедра, находясь в фасциальном футляре, образуют два «египетских глаза». ПДПВ при этом лоцируется кпереди и латеральнее, следуя над бедренной артерией (англ. alignment sign) [11].

ЗДПВ присутствует реже, чем ПДПВ, она располагается медиальнее БПВ, в отдельном фасциальном футляре. Впадение ЗДПВ в БПВ вариабельно.

### Сафенофеморальное соусьте

Приблизительно на уровне паховой складки БПВ впадает в ОБВ. Эта область называется сафенофеморальным соусьтевом (СФС).

Основными приусьтевыми притоками БПВ являются [12, 13]:

- поверхностная надчревная вена;
- поверхностная вена, огибающая подвздошную кость;
- наружная срамная вена.

В области СФС БПВ и БВ лежат медиальнее бедренной артерии. Такое расположение сосудов относительно друг друга при проведении ультразвукового обследования позволяет увидеть изображение, получившее название «голова Микки Мауса» (БПВ и бедренная артерия — «ухи», ОБВ — «лицо»). В случае если БПВ устранина хирургическим путем, медиальное «ухо» у «Микки Мауса» отсутствует.

При ультразвуковом исследовании в области СФС можно видеть терминалный (приусьтевой) и претерминалный (на 3—7 см дистальнее) клапаны БПВ.

### Малая подкожная вена

МПВ является продолжением латеральной краевой вены стопы. Огибая медиальную лодыжку, следует в проксимальном направлении, располагается на голени между латеральной и медиальной головками икроножной мышцы, находится, как и БПВ, в межфасциальном футляре. При ультразвуковом сканировании МПВ в поперечном положении датчика выявляют «египетский глаз», схожий с таковым на бедре (БПВ).

В большинстве случаев МПВ впадает в глубокую вену в промежутке между подколенной кожной складкой и уровнем на 2—4 см ее проксимальнее [2, 14].

МПВ перед впадением в ПКВ может принимать икроножные вены. Бедренное продолжение МПВ (БПМПВ) присутствует в 80—95% случаев, располагается по задней поверхности бедра, в фасциальном футляре треугольной формы, ограниченном длинной головкой двуглавой мышцы бедра, полуперепончатой мышцей и поверхностной (подкожной) фасцией [15—20].

Различают следующие анатомические варианты БПМПВ в проксимальном направлении [21]:

- а) продолжается в ягодичную область либо одним стволом, либо разделяясь на множество мелких подкожных и глубоких ветвей;
- б) впадает в ветви ГБВ по задней или заднелатеральной поверхности бедра (как задний или заднелатеральный перфорант);
- в) распадается на множество мышечных и подкожных ветвей на задней поверхности бедра;
- г) впадает в заднюю бедренную огибающую вену (ЗБОВ). В таком случае этот комплекс вен (БПМПВ+ЗБОВ) называют веной Джиакомини.

### 2.2.2. Притоки

Все вены, расположенные в пространстве между кожей и подкожной (поверхностной) фасцией, являются притоками.

Передняя бедренная огибающая вена (ПБОВ) расположена на переднелатеральной поверхности бедра, восходит косо вверх и впадает в БПВ или ПДПВ. ПБОВ может формироваться как на бедре, так и на голени, по передней и переднелатеральной поверхности. По медиальной поверхности голени могут быть лоцированы перфорантные вены, соединяющие ПБОВ и МБВ.

Задняя бедренная огибающая вена (ЗБОВ) расположена на заднемедиальной поверхности бедра, восходит косо вверх и впадает в БПВ или ЗДПВ. ЗБОВ может формироваться из латерального венозного сплетения, из бедренного продолжения МПВ или непосредственно из МПВ.

Графическая схема, отображающая топографию БПВ и ее притоков, может иметь визуальное сходство с начертаниями букв i, h и s латинского алфавита:

- «i» тип: БПВ визуализируют на всем протяжении в фасциальном футляре — как на бедре, так и на голени. Крупных притоков, идущих в плоскости сканирования БПВ, нет;
- «h» тип: БПВ визуализируют на всем протяжении в фасциальном футляре — как на бедре, так и на голени. Также имеется приток, идущий параллельно БПВ над поверхностной (подкожной) фасцией, диаметр притока может превышать диаметр БПВ;

— «S» тип: приток, поднимаясь в проксимальном направлении, прободает фасцию и «продолжается» на бедре в проксимальном направлении как БПВ. Дистальнее места прободения фасции БПВ не лоцируют (БПВ аплазирована или гипоплазирована).

**Комментарий.** При ультразвуковом сканировании, проводимом в дистальном направлении от СФС, у исследователя может возникать ощущение, что БПВ «удваивается» при «h» типе или, прободая фасцию при «S» типе, дистально продолжается эпифасциальным. При этом в отношении притока в устной речи, а иногда и в литературе используют термин «эпифасциальное расположение БПВ», «эпифасциальная часть БПВ». Эти формулировки неправильны и не должны использоваться в ультразвуковых заключениях или в литературе. Стволом БПВ может быть названа только вена, находящаяся в фасциальном футляре. Любая вена, которая расположена между подкожной (поверхностной) фасцией и кожей, является притоком.

#### Наиболее частые варианты топографии БПВ и притоков на бедре:

- а) БПВ лоцируют в фасциальном футляре. Крупных притоков, идущих параллельно БПВ, нет;
- б) на бедре в одном фасциальном футляре лоцируют два ствола БПВ (истинное удвоение БПВ);
- в) ствол БПВ лоцируют в фасциальном футляре. Параллельно стволу БПВ лоцируют подкожный приток, который на бедре прободает фасцию и впадает в БПВ;
- г) на бедре лоцируют две вены — БПВ и ПДПВ (два «египетских глаза»). Непосредственно перед СФС оба фасциальных пространства объединяются, БПВ и ПДПВ сливаются.
- д) БПВ лоцируют в фасциальном футляре в проксимальной части бедра. В дистальном направлении лоцируют крупный приток, ствол БПВ гипоплазирован или аплазирован.

#### 2.2.3. Немагистральные (несафенные) вены

К этим венам относят любые вены, которые впадают в глубокие вены вне связи с магистральными подкожными венами:

1. Латеральная венозная система (lateral venous system, *systema venosa lateralis membra inferioris*, *vena marginalis lateralis*), лоцируют по латеральной поверхности бедра. Представляет собой нередуцированную эмбриональную вену.

2. Варикозное расширение вен внутренней поверхности бедра с источником рефлюкса из вен таза или вульвы (вульварный варикоз, *vulvar veins*).

3. Варикозно расширенные вены с источником рефлюкса из вен седалищного нерва (*sciatic vein*).

4. Варикозно расширенные вены с источником рефлюкса из следующих перфорантных вен:

— ягодичные: верхнеягодичные (superior gluteal PV), среднеягодичные (midgluteal PV), нижнеягодичные (lower gluteal PV);

— области коленного сустава: медиальные (medial knee PV), супрапателлярные (suprapatellar PV), латеральные (lateral knee PV), инфрапателлярные (infrapatellar PV), подколенной ямки (popliteal fossa PV, т.н. Тьери) [22, 23];

— бедра: заднелатеральные (posterolateral thigh PV, прободает двуглавую и полусухожильную мышцы бедра, также называемый perforator of Hach), задний нижний перфорант бедра (posterior thigh PV).

#### 2.2.4. Коммуникантовые (межсафенные, межстволовые) вены

Одну или несколько подкожных вен, соединяющих БПВ и МПВ, обычно лоцируют по медиальной поверхности голени. Они имеют косовосходящее направление от МПВ к БПВ или от БПВ к МПВ.

#### 2.3. Перфорантные вены

Перфорантные вены нижних конечностей соединяют поверхностную и глубокую венозную систему, прободая мышечную фасцию. Описано более 40 постоянно присутствующих перфорантных вен, а общее число перфорантных вен на одной нижней конечности может доходить до 150 [24—26].

Перфорантные вены вариабельны по расположению, топографии, размерам, соединению с глубокими и подкожными венами. Исторически многие перфорантные вены имеют собственные названия (Додда, Коккета и пр.), тем не менее принято решение описывать перфорантные вены только в соответствии с их анатомической локализацией [1, 27].

Согласно номенклатуре, выделяют следующие перфорантные вены:

- перфорантные вены стопы: тыльные или межголовчатые, медиальные, латеральные, подошвенные;
- лодыжечные перфорантные вены: медиальные, передние, латеральные;
- перфорантные вены голени: медиальные, патрибиальные, заднебольшеберцовые, передние, латеральные, задние, медиальные икроножные, латеральные икроножные, междуглавые, параахиллярные;
- перфорантные вены области коленного сустава: медиальные, супрапателлярные, латеральные, инфрапателлярные, подколенной ямки;
- перфорантные вены бедра: медиальные, бедренного канала, паховые, передние, латеральные, задние, заднемедиальные, седалищные, заднелатеральные, промежностные;
- ягодичные перфорантные вены: верхнеягодичные, среднеягодичные, нижнеягодичные.

### 3. Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей

**Ультразвуковое исследование** — это способ визуализации сосудов и других анатомических структур. Ультразвуковое исследование является методом выбора в диагностике хронических заболеваний вен (ХЗВ) и острого тромбоза глубоких и поверхностных вен нижних конечностей и таза. В большинстве случаев ультразвуковое исследование дает исчерпывающий объем дополнительных данных, необходимых для окончательного выбора тактики ведения пациента, лечения и/или ее изменения. Преимуществами этого метода по сравнению с другими методами являются безопасность, неинвазивность, диагностическая надежность, доступность, экономическая эффективность и воспроизводимость [28–30].

**Комментарий.** Ультразвуковое исследование (УЗИ) вен с оформлением заключения (протокола) должно проводиться врачом ультразвуковой диагностики. Врач-хирург, врач — сердечно-сосудистый хирург вправе использовать УЗИ-аппарат при осмотре пациента для сканирования вен с целью уточнения особенностей поражения венозной системы и определения лечебной тактики. Запись с интерпретацией и клинической оценкой обнаруженных при сканировании особенностей и характеристик вен конечностей вносится в протокол врачебного осмотра (клиническое заключение) в произвольной форме. Самостоятельное сканирование вен клиницистом позволяет существенно повысить качество оказываемой медицинской помощи. Врач-хирург, врач — сердечно-сосудистый хирург вправе использовать УЗИ-аппарат для сканирования вен при проведении эндовазального лечения, эхо-контролируемой склеротерапии, при оценке динамики заболевания или результатов проведенного лечения (см. «7. Приложение. Ультразвуковая диагностика в хирургической практике. Юридические аспекты»).

Кроме знаний об основах ультразвукового исследования, понимания ультразвуковых критериев выявления и оценки венозного рефлюкса и/или обструкции, владения профессиональными навыками врачу для корректного выполнения ультразвукового исследования и правильной интерпретации полученных данных необходимо полноценное представление о венозной анатомии, физиологии, гемодинамике и особенностях клинических проявлений ХЗВ.

Объем ультразвукового исследования определяется поставленными задачами. Возможные задачи ультразвукового исследования [2]:

1. Определить источник патологического рефлюкса.
2. Определить распространение патологического рефлюкса по поверхностным венам.
3. Оценить состояние и вовлеченность в патологический процесс магистральных (сафенных) вен.

4. Зафиксировать анатомические параметры и особенности венозных сегментов, вовлеченных в патологический процесс (диаметр, протяженность, отношение к поверхностной фасции, удвоения и значительные извитости сафенных вен и т.п.).

5. Зафиксировать выявленные анатомические особенности вен нижних конечностей (аплазии, гипоплазии, признаки перенесенных вмешательств и т.п.).

6. Оценить состояние глубоких вен конечностей с выявлением признаков их несостоятельности и текущего или перенесенного тромбоза.

#### 3.1. Режимы ультразвукового исследования

Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей проводят в нескольких режимах.

##### 3.1.1. В-режим

В-режим (англ. B-mode, BM, серошкольная ультрасонография, от англ. brightness — яркость) позволяет оценить структурные особенности тканей. В этом режиме изображение на экране ультразвукового сканера строится на основании интенсивности свечения точки: чем больше ультразвуковых волн отражает точка и чем выше амплитуда отраженного сигнала, тем более яркой она будет. Жидкости эхонегативны, они практически не отражают эхосигнал, ультразвуковой сканер будет кодировать их черным цветом. Костная ткань и воздух практически полностью отражают эхосигнал, ультразвуковой сканер будет кодировать границу их раздела с мягкими тканями белым цветом. Все прочие ткани будут кодироваться оттенками серого различной интенсивности свечения в зависимости от их способности отражать ультразвуковые волны.

##### 3.1.2. Доплеровские режимы ультразвукового исследования вен нижних конечностей

Все доплеровские режимы основаны на едином физическом эффекте: изменении длины волны (или амплитуды) принимаемого звукового сигнала при движении источника сигнала или изучаемого объекта. Примером данного явления может служить изменение тональности звукового сигнала sireны автомобиля в зависимости от того, приближается или удаляется от нас автомобиль. Доплеровский сдвиг частот можно и услышать, и отразить визуально (цветом или графически).

**Цветовой доплер** (цветовое доплеровское кодирование, англ. color flow imaging — CFI, color Doppler) — позволяет оценить направление кровотока. В основе этого режима лежит использование эффекта Доплера (изменения длины ультразвуковой волны при отражении ее от движущегося объекта). При этом чем быстрее скорость движения жидкости по отношению к плоскости ультразвукового датчика, тем сильнее изменяется частота отраженных

ультразвуковых волн. Движущимся объектом в данном случае преимущественно выступают эритроциты. Ультразвуковой сканер определяет скорость и направление тока в каждой точке, предоставляя оператору суммированные результаты анализа на экране. При цветовом доплере получаемая информация отображает направление кровотока и его среднюю скорость, которая кодируется разными цветами и их оттенками. Чем выше скорость кровотока, тем светлее цветовой оттенок.

Стандартно поток, который направлен к датчику, отображается красным цветом, от датчика — синим, при этом чем ярче цвет, тем выше скорость потока.

**Импульсно-волновой доплер** (англ. pulsed wave — PW, PW Doppler), который применяют для количественной оценки кровотока в сосудах, позволяет зарегистрировать скорость и направление движения крови. Сканер в режиме PW принимает сигналы в интервалах между пакетами импульсов и сравнивает частоту принятого и переданного сигналов. Сигналы анализируются в определенное время, соответствующее их распространению и отражению от точки на определенной глубине. Глубину заранее определяет оператор на экране сканера между двумя параллельными линиями курсора. Промежуток между этими линиями называется воротами (gate, контрольный объем). Визуальное отображение данных сканер предоставляет оператору в виде графика, где на временной развертке (по горизонтали) отображаются скорость кровотока (по вертикали) и направление по отношению к датчику (потоки, которые двигаются к датчику, отображаются выше базовой линии, от датчика — ниже).

Основной недостаток импульсно-волнового доплера — возможность возникновения артефактов при исследовании высокоскоростных кровотоков (элайзинг-эффект: мнимая инверсия цветового потока, перемещение части цветного или спектрального изображения на сторону с обратным знаком — выше или ниже изолинии).

**Энергетический доплер** (англ. power Doppler imagine — PDI, energy Doppler, amplitude Doppler) позволяет оценить низкоскоростной кровоток. В этом режиме ультразвуковой сканер определяет изменение амплитуды эхосигнала при отражении от движущегося объекта. Сканер обычно предоставляет информацию в оранжевой палитре, причем более яркие оттенки свидетельствуют о большей интенсивности кровотока. Данный режим не дает информации о направлении кровотока и имеет ограниченное применение при проведении ультразвукового исследования вен нижних конечностей.

**Постоянно-волновой доплер** (англ. continuous wave — CW). При постоянно-волновом доплере непрерывно работают два пьезоэлемента: один на излучение, другой на прием эхосигнала. Метод отличает очень высокая чувствительность к высоко-

скоростным потокам, он может ограниченно применяться для оценки кровотока в поверхностных венах, для чего используют карандашный датчик 8 МГц. Основной недостаток метода заключается в невозможности установить фокусную зону, регистрация потоков происходит по всей глубине сканирования. Метод не имеет самостоятельного применения в ультразвуковой диагностике заболеваний вен нижних конечностей и преимущественно применяется для количественной оценки высокоскоростных потоков (например, в эхокардиографии).

**Комментарий.** У лиц астенического телосложения, спортсменов на поверхности кожи нередко можно выявить расширенные, извитые вены. Применение цветового или импульсно-волнового доплера для оценки рефлюкса в подобных венах может быть затруднено. Исчерпывающую информацию о наличии и продолжительности рефлюкса в подобных ситуациях позволяет получить именно постоянно-волновой доплер.

### 3.2. Конфигурация ультразвукового сканера.

#### Требования к установкам ультразвукового сканера

Ультразвуковой сканер должен быть оборудован импульсно-волновым и цветовым доплером. Необходимо наличие опций регулировки фокусной зоны. Размер окна доплера (Doppler sampling gate) должен быть изменяемым. Сканер должен иметь опцию управления ультразвуковым лучом (beam steering), которая необходима для получения цветового изображения кровотока и для его анализа.

При проведении исследования вен нижних конечностей нужно использовать линейный датчик с частотой 5—15 МГц. Конвексный датчик 3—5 МГц целесообразно использовать у пациентов с выраженным ожирением или отеками, при недостаточно четкой визуализации, а также для оценки подвздошных вен и нижней полой вены.

Высокочастотные датчики дают более детализированную картину. Однако в тканях волны с высокой частотой быстро затухают. Поэтому с увеличением глубины залегания интересующего объекта необходимо использовать менее высокочастотный датчик, при этом разрешающие возможности ультразвукового сканера снижаются.

Перед началом проведения исследования вен нижних конечностей при наличии возможности необходимо выбрать предустановленную производителем сканера программу «Периферические вены». Такая программа может включать в себя оптимальные для данного ультразвукового сканера настройки режимов сканирования: глубины, положения фокуса, усиления (В-режима и доплеровских режимов), контрастности, анализируемых скоростей кровотока (частоты повторения импульса — ЧПИ, англ. PRF — pulse repetition frequency), фильтра, размеров окна доплера и т.д.

### 3.2.1. В-режим

Усиление и динамическая регулировка усиления (англ. gain, dynamic/time gain control — DGC/TGC) должны быть установлены так, чтобы фасции четко выделялись в подкожной клетчатке белым цветом и при условии отсутствия окклюзии просвет вены был анэхогенным (обычно 45—55 дБ). Вместе с тем современные сканеры с высоким разрешением могут визуализировать эритроциты (агрегаты эритроцитов) в просвете вены как крошечные, яркие, движущиеся точки [31]. Шкалу серого можно регулировать как целиком (общее усиление для каждого доплеровского режима и усиление по глубине — time/dynamic gain compensation — компенсирует затухание ультразвукового сигнала в глубине тканей), так и для отдельных областей (оптимизация изображения с помощью ползунков).

Установка глубины исследуемой зоны зависит от исследуемой области (бедро или голень) и толщины подкожно-жировой клетчатки. Чем больше глубина, тем больше аппаратных ресурсов в расчетах использует ультразвуковой сканер, что может оказаться на качестве изображения. В идеале БПВ на бедре должна находиться в центральной области экрана. На голени обычно достаточно глубины 3—4 см. При корректно выбранной глубине перфурантные вены полностью доступны для визуализации и находятся в нижней половине экрана.

Также для получения наилучшего качества отображения фокусная зона (фокус) должна быть установлена на интересующем уровне или чуть ниже него.

### 3.2.2. Доплеровские режимы сканирования

Необходимо использовать предустановленные производителем ультразвукового сканера настройки для низкоскоростных кровотоков. Следует использовать минимально необходимый для корректной визуализации кровотока размер доплеровской рамки — она должна захватывать сосуд (включая переднюю и заднюю стенки) и прилежащие к нему ткани, ее размер должен быть чуть больше площади сечения исследуемой вены. При выборе большого размера доплеровского окна возможностей сканера может быть недостаточно для создания качественного изображения на экране сканера, могут возникнуть помехи, также сканер, компенсируя недостаток аппаратных возможностей, может уменьшить кадровую частоту. Чем меньше окно, тем быстрее и чаще сканер может обновлять изображение в окне доплера и тем больше корректной информации он даст.

Если аппаратные или программные возможности сканера не позволяют полностью поместить всю зону СФС в доплеровскую рамку и получить при этом качественное изображение (без помех, с высокой кадровой частотой), для получения исчерпывающей ин-

формации в доплеровскую рамку достаточно поместить только сегмент глубокой вены и СФС.

Доплеровские режимы должны быть настроены для регистрации низкоскоростных потоков в диапазоне 5—15 см/с, при этом они не должны давать посторонних шумов (помех). Нижний порог анализируемых скоростей потока должен быть установлен на уровне 5—8 см/с (ЧПИ — частота повторения импульса, PRF — pulse repetition frequency), фильтр (wall filter, Filter) — на необходимо минимальном уровне. Этот фильтр исключает из анализа очень медленные скорости потока, возникающие, в частности, при перемещении датчика вдоль вены. При этом без применения фильтра окружающие ткани могут «заливаться», «мерцать» цветовым шумом, так как сканер воспринимает перемещение тканей под датчиком как их движение. Поэтому необходимо установить фильтр на такие значения, при которых движение датчика вдоль вены не будет сопровождаться цветовым шумом в окружающих тканях. Однако если будут выбраны слишком высокие настройки, фильтр также устранит и медленные потоки, характерные для венозного кровотока. Фильтр обычно не представлен на клавиатуре сканера, его установки определяются в программных настройках сканера.

Для обеспечения максимальной чувствительности системы, используя доплеровское усиление (gain), нужно добиться появления минимального цветового шума в доплеровском окне (обычно 55—65 дБ).

Наклон доплеровского окна должен составлять не более 60° (также см. раздел 3.4. «Положение ультразвукового датчика во время проведения обследования»). Обычно синий цвет применяется для кодировки антеградного (к сердцу, от датчика) венозного кровотока, тогда как красный — для ретроградного (венозный рефлюкс, к датчику).

Импульсно-волновой доплер обладает большой чувствительностью к низкоскоростному кровотоку. Рекомендуется использовать такие же скоростные настройки потока, как и при цветовом доплере. Предпочтительно устанавливать ворота импульсно-волнового доплера внутри доплеровской рамки для обеспечения визуального контроля направления кровотока. Ворота импульсно-волнового доплера должны перекрывать исследуемый сосуд на  $\frac{2}{3}$  его диаметра.

При соблюдении правильной ориентировки датчика относительно исследуемого сосуда в режиме импульсно-волнового доплера кровоток, направленный к датчику, отображается выше изолинии, от датчика — ниже изолинии. Учитывая тот факт, что кровоток, регистрируемый на уровне вен нижних конечностей, является низкоскоростным, частоту подачи импульсов следует настраивать на регистрацию кровотока в пределах 5—15 см/с.

**Комментарий.** Производители ультразвуковых сканеров для обозначения различных режимов скани-

*рования и их настроек могут использовать собственные названия и аббревиатуры, надписи на клавиатуре, тачпаде и сенсорном экране ультразвукового сканера. Для получения информации об ультразвуковом сканере необходимо обращаться к инструкции по эксплуатации аппарата или сервисному инженеру.*

### 3.3. Подготовка пациента к исследованию. Положение пациента во время исследования

Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей может включать исследование подвздошных сосудов и нижней полой вены, однако исследование данных сосудов не входит в стандартный протокол.

Большое количество волос на коже нижних конечностей, в паху и на передней брюшной стенке может снижать качество визуализации вен. При проведении исследования необходимо использовать достаточно для обеспечения качественного контакта между датчиком и кожей количество геля для ультразвукового исследования.

Обследование следует проводить в помещении с комнатной температурой, желательно с возможностью затемнения. Кабинет для исследования должен быть оборудован кушеткой, желательно подъемной, с возможностью регулировки высоты головного конца. Целесообразно использование специальной подставки с поручнями для проведения обследования в положении пациента стоя. Она должна быть достаточно широкой и глубокой, чтобы обеспечить пациенту возможность без каких-либо ограничений свободно повернуться вокруг вертикальной оси. Чем больше площадь подставки, тем более уверенно и спокойно будет чувствовать себя пациент. На подставке с маленькой площадью пациент может испытывать страх высоты и падения.

Безопасность пациента является приоритетом при проведении ультразвукового исследования. В большинстве случаев ультразвуковое исследование вен нижних конечностей у опытного врача ультразвуковой диагностики занимает не более 10 мин. Однако в ряде случаев (патология глубоких вен, ожирение, врожденные аномалии строения венозной системы, нетипичная анатомия и большое количество варикозно измененных вен, пациенты, ранее перенесшие инвазивное лечение по поводу варикозной болезни, исследование перед гемодинамическими методами коррекции) ультразвуковое исследование может занять до 20–30 мин. Далеко не каждый человек сможет спокойно оставаться в вертикальном положении, без движения на подставке в течение всего исследования. Следует помнить, что двигательное беспокойство пациента и изменение характера дыхания являются одними из предвестников ортостатического коллапса (вазовагального генеза). Также стоит обращать внимание на цвет кожи лица обследуемого. Особенно склонны к обморокам во время проведения ультразвукового обследования молодые, физически

развитые мужчины. Примечательно, что они редко предупреждают врача об изменениях самочувствия.

Перед выполнением ультразвукового исследования вен нижних конечностей необходимо при хорошем освещении провести осмотр нижних конечностей, области паха, передней брюшной стенки для выявления расширенных вен, отека, изменений кожного покрова (трофические изменения кожи, венозная трофическая язва, в том числе зажившая) и соотнести находки с нормальной анатомией вен нижних конечностей. Внимательный осмотр и пальпация нижних конечностей могут облегчить исследование, так как по их результатам можно сделать начальные предположения об источнике рефлюкса, о наличии изменений в глубоких венах.

Перед проведением исследования пациенту необходимо объяснить следующее:

- суть и этапы ультразвукового исследования вен нижних конечностей;
- предупредить о предполагаемой длительности обследования и о положении пациента во время проведения исследования (стоя, сидя, лежа);
- суть провокационных проб (пробы Вальсальвы, компрессионной пробы, пробы с имитацией ходьбы и пр.);
- предупредить о том, что в случае появления слабости, тошноты, головокружения, потемнения в глазах (предобморочное состояние) необходимо немедленно сообщить об этом врачу.

**Положение пациента во время исследования** зависит от того, какие вены исследуют и какой патофизиологический феномен (рефлюкс или окклюзию) пытаются выявить.

Существует общее правило: **глубокие** вены оптимально исследовать в положении пациента **лежа**, в то время как **подкожные — стоя** [2].

Однако в каждом конкретном случае врач должен самостоятельно принимать решение о положении пациента при исследовании (лежа, стоя или сидя) в зависимости от состояния обследуемого, его возраста, способности выполнять требуемые для проведения исследования действия [32, 33].

Для обеспечения хорошего заполнения вен исследуемая конечность во время проведения исследования вне зависимости от положения пациента должна быть полностью расслаблена.

#### 3.3.1. В положении лежа

Оценку проксимальных отделов глубокой венозной системы (ПКВ, подвздошно-бедренный сегмент, наружная подвздошная вена) на предмет возможной окклюзии и рефлюкса следует проводить в положении пациента лежа, на кушетке с приподнятым головным концом. Это позволяет выявить связь кровотока в венах с поверхностным дыханием и обеспечивает более легкое сдавливание вены датчиком при поиске окклюзии. Для лучшей визуализации

ПКВ можно попросить пациента, который находится в положении лежа на животе, упереться пальцами стопы в кушетку, не отрывая при этом от нее колена.

### 3.3.2. В положении стоя

Вертикальное положение пациента во время исследования является рекомендованным при проведении ультразвукового исследования вен нижних конечностей [2]. К неоспоримым преимуществам сканирования в вертикальном положении относятся наполнение вен и хорошая визуализация даже вен малого диаметра и перфорантных вен, удобство проведения провокационных проб и простота обнаружения рефлюкса.

Обследование в положении стоя желательно проводить на подставке.

Выявление рефлюкса и окклюзии в подкожных венах должно проводиться **только** в положении стоя. Рефлюкс, выявленный в положении стоя, в положении лежа может отсутствовать.

Пациенты, которые по каким-либо причинам не могут стоять или испытывают выраженный дискомфорт во время обследования, могут быть обследованы на предмет выявления рефлюкса и окклюзии сидя. Диагностическая ценность провокационных маневров в этих условиях снижается.

**Исследование вен бассейна БПВ:** исследуемая конечность ротирована в тазобедренном суставе кнаружи, расслаблена в коленном суставе, вес тела перенесен на контралатеральную конечность.

**Исследование вен бассейна МПВ:** исследуемая конечность расслаблена в коленном суставе, вес тела перенесен на контралатеральную конечность.

Допустимо оценивать состояние глубоких вен бедра и подколенной вены в положении пациента стоя. Однако стоя пациенты невольно напрягают свои мышцы, даже той конечности, на которую они не опираются. Это приводит к ухудшению заполнения глубоких вен и может негативно сказаться на качестве получаемых ультразвуковых данных.

### 3.3.3. В положении сидя

Можно проводить оценку глубоких и подкожных вен голени для обеспечения их максимального расширения. При этом положение сидя при оценке состояния вен голени (как глубоких, так и поверхностных), по сути, является вертикальным.

Имеет смысл проводить ультразвуковое исследование вен нижних конечностей в положении сидя, если пациент склонен к обморокам, испытывает головокружение либо чувствует дискомфорт, находясь на подставке в вертикальном положении.

### 3.4. Положение ультразвукового датчика по время проведения обследования

Принципы позиционирования и положения ультразвукового датчика при проведении ультразвуко-

вого обследования вен нижних конечностей хорошо отражены в консенсусном документе [2].

При ультразвуковом сканировании можно использовать как поперечное, так и продольное по отношению к оси вены положение датчика. При продольном положении датчика слева на экране находится краниальная часть, справа — каудальная часть изображения. При сканировании в поперечном положении датчика в левой части экрана отображается область, находящаяся слева от оператора. Все ультразвуковые датчики имеют маркер положения: присутствует либо светодиод, либо специальная отметка в виде наплыva или риски на левой части.

Поперечное изображение при проведении ультразвукового исследования вен нижних конечностей дает больше информации об окружающих вену тканях и структурах, располагающихся в них (подкожные нервы, притоки, лимфатические узлы и т.д.), оно также предпочтительнее при оценке морфологии вены (извитость, эктазии, посттромботические изменения), при выполнении компрессии вены датчиком и измерении ее диаметра на определенном уровне. Кроме того, поперечное сканирование применимо для проведения беглой оценки состояния венозного русла. Сканирование в продольном по отношении к оси вены положении датчика оптимально для оценки венозного рефлюкса — как количественной, так и качественной.

Как правило, в В-режиме датчик необходимо позиционировать перпендикулярно коже, продольно или перпендикулярно оси сканируемой вены. Давление, оказываемое оператором через датчик, должно быть минимальным, в противном случае получаемые данные могут быть недостоверными (диаметр вен, характеристики тока крови). Поэтому при проведении исследования нужно следить за тем, чтобы активная часть ультразвукового датчика плотно прилегала к коже над исследуемой областью, но без значимого давления на кожу, особенно при оценке поверхностно расположенных вен.

Относительно режима сканирования в допплеровских режимах (цветовой и импульсно-волновой доплер) при правильном позиционировании датчика необходимо ориентироваться не на расположение датчика относительно кожи или исследуемой вены, а на правильное соотношение оси вены и оси излучения ультразвуковых волн датчиком.

Для понимания важности этого момента необходимо обратиться к физическим основам допплеровского эффекта. Он основан на сдвиге длины волны, воспринимаемой наблюдателем, при движении источника излучения или изучаемого объекта относительно друг друга. При проведении исследования источник излучения (датчик) остается неподвижным, в то время как изучаемый объект (кровь) движется (как спонтанно, так и стимулированно — за счет про-

вокационных проб). При этом чем ближе к прямому угол между осью излучения и осью вены, тем сложнее ультразвуковому сканеру определить движение крови. Если угол станет прямым (датчик расположен поперечно кровеносному сосуду, перпендикулярно его оси, рамка цветового доплера представлена прямоугольником при сканировании в продольном положении датчика), ультразвуковой сканер не сможет корректно обработать принимаемые сигналы и определить скорость или направление кровотока, так как по оси сканирования скорость кровотока и, соответственно, доплеровский сдвиг будут стремиться к нулю.

Наиболее достоверный результат при сканировании в доплеровских режимах достигается в том случае, если ось движения крови и ось излучения датчика совпадают, т.е. угол равен нулю. Однако в реальной ситуации, при расположении ультразвукового датчика вне сосуда, на поверхности кожи, такая ситуация неосуществима. Для обеспечения достоверных результатов современные ультразвуковые сканеры настроены так, чтобы давать корректную оценку параметров кровотока в доплеровских режимах при углах между осью движения крови и осью анализируемых ультразвуковых волн менее 60°.

В связи с этим врачу, проводящему ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, при сканировании в доплеровских режимах необходимо либо правильно позиционировать датчик относительно оси вены, либо использовать аппаратные настройки, задавая сканеру корректные для анализа параметры ультразвуковых волн.

При сканировании в режиме цветового доплера в поперечном расположении датчика его необходимо располагать под углом не более 60° к коже (имеется в виду угол между осью сканируемой вены и вертикальной осью датчика).

При сканировании в продольном направлении необходимо использовать аппаратные средства (beam steering), установив угол наклона рамки доплеровского окна менее 60°. При этом ультразвуковой сканер будет обрабатывать ультразвуковые волны, распространяющиеся только под этим углом.

В режиме импульсно-волнового доплера те же самые манипуляции необходимо провести с воротами импульсного доплера, установив угол их наклона не более 60°. В режиме импульсно-волнового доплера корректно проводить регистрацию кровотока только при продольном положении датчика по отношению к оси исследуемой вены.

### 3.5. Ультразвуковая характеристика интактных вен

Интактная вена имеет тонкую, хорошо визуализируемую стенку, ее просвет при корректных настройках ультразвукового сканера анэхогененный, полностью сжимается при компрессии датчиком,

а при сканировании в режиме цветового доплера полностью прокрашивается.

В В-режиме современные сканеры могут визуализировать ток крови за счет отраженных сигналов от скоплений форменных элементов крови (агрегатов эритроцитов) [31]. Это явление называют эффектом спонтанного контрастирования.

При наличии сердечной или дыхательной недостаточности как в подкожных, так и в глубоких венах может регистрироваться кратковременный рефлюкс, не связанный с клапанной несостоятельностью вен. При провокационных пробах этот рефлюкс не выявляется.

### 3.6. Измерение линейных размеров

Все необходимые измерения (диаметра, размера) необходимо выполнять в В-режиме.

Диаметр вены измеряют при поперечном сканировании, ориентируя датчик ультразвукового сканера перпендикулярно оси вены.

Диаметр соустий (СФС, СПС) измеряют в проекции остиального клапана либо непосредственно в месте впадения подкожной вены в глубокую, однако единого стандарта измерения диаметра в области соустий подкожных вен с глубокими не существует. Допустимо выполнять измерения в приустьевой зоне, в области впадения приустьевого притока (*v. epigastrica*).

Диаметр БПВ, как правило, измеряют в области СФС, примерно на 3 см ниже СФС, в средней трети бедра, в области коленного сустава, в верхней трети или средней трети голени, диаметр МПВ — в верхней трети и средней трети голени.

Диаметр перфорантной вены при необходимости измеряют в месте прободения перфорантной веной фасции.

Выполнять измерения диаметров на указанных уровнях не всегда необходимо, диаметры вен можно измерять и в других точках, если это несет в себе диагностическую информацию или может повлиять на выбор лечебной тактики.

Диаметр подкожных вен целесообразно измерять в положении пациента стоя. Если измерение диаметров подкожных вен проводилось в положении пациента лежа, об этом необходимо указать в протоколе ультразвукового исследования вен нижних конечностей.

Следует помнить, что **нормы** диаметров вен нижних конечностей (глубоких, подкожных, перфорантных вен) **не существует**, можно говорить лишь об относительном расширении вен, оценивая диаметр относительно контрлатеральной поверхности.

Если необходимо провести измерение плохо визуализируемой в В-режиме структуры, допустимо переключиться в режим цветового доплера и определить размер по прокрашиваемой цветовым доплером области.

В описательной части протокола ультразвукового исследования необходимо указать режим сканирования, в котором проводилось это измерение.

### 3.7. Оценка венозного рефлюкса

Венозный рефлюкс — ток крови в направлении, обратном физиологическому, продолжительностью более 0,5 с в подкожных венах, глубоких венах голени, перфорантных венах и более 1 с в подколенной, общей бедренной и бедренной венах [34, 35].

Следует помнить, что рефлюкс с большей вероятностью будет выявляться после статических нагрузок (во второй половине дня). Это в большей степени важно для низкоамплитудного, а также для интермиттирующего (транзиторного, преходящего) рефлюкса.

Выявление рефлюкса в подкожных и перфорантных венах следует проводить в вертикальном положении пациента (также см. «3.3. Подготовка пациента к исследованию. Положение пациента во время исследования»), в доплеровском режиме, с помощью провокационных проб. Сканирование можно проводить как при поперечном, так и при продольном расположении датчика. В большинстве случаев сканирование в режиме цветового доплера дает исчерпывающую информацию о наличии рефлюкса. При необходимости точной количественной оценки параметров рефлюкса необходимо переключить аппарат в режим импульсно-волнового доплера (PW Doppler) и измерить длительность рефлюкса в продольном положении датчика по отношению к оси исследуемой вены. При проведении количественной оценки рефлюкса следует помнить о правильном положении и наклоне рамки цветового доплера и ворот импульсно-волнового доплера [34, 36, 37].

#### 3.7.1. Провокационные пробы для оценки венозного рефлюкса

Для оценки венозного рефлюкса могут применяться следующие пробы [2, 34–36, 38–40]:

- дистальная компрессионная пробы (сжатие рукой мышечного массива или расширенных подкожных вен на определенном уровне);
- проба Вальсальвы;
- проба Кремона;
- тыльное приведение стопы (имитация ходьбы);
- проба Парана (Paraná manœuvre);
- проба с пневматической компрессией.

**Дистальная компрессионная пробы** является наиболее распространенной пробой для выявления венозного рефлюкса [39]. Исследователь сжимает голень рукой (компрессия), а затем расслабляет (декомпрессия). Пробу можно выполнять также на бедре и стопе. Разновидностью компрессионной пробы является нажатие или поколачивание по венозным узлам. Во всех случаях компрессию следует выполнять дистальнее исследуемой зоны. Сжатие

вызывает антеградный кровоток по подкожным и глубоким венам. Если исследуемый сегмент вены интактен, обратного потока при расслаблении (декомпрессии) не будет вовсе или будет отмечаться рефлюкс продолжительность до 1 с (ПКВ, БВ, ОБВ) или до 0,5 с (все остальные вены нижних конечностей). При наличии клапанной недостаточности будет отмечаться ретроградный кровоток длительностью более 0,5/1 с.

Ручной компрессионной пробе свойственны существенные недостатки, которые необходимо учитывать:

— техническая сложность. Одной рукой (как правило, правой) врач удерживает датчик неподвижно над исследуемым сегментом. Одновременно левая рука используется для настройки ультразвукового сканера (установки режима цветового доплера и настройки размеров рамки и ее наклона или режима импульсно-волнового доплера, установки точки определения рефлюкса), затем сразу левая рука быстро переносится на голень пациента и осуществляется быстрое и сильное сдавление мышечного массива голени (бедра, стопы) с последующим расслаблением. При этом оператор должен избегать избыточного давления правой рукой опосредованно через ультразвуковой датчик на ткани во избежание пережатия исследуемого сосуда, но, с другой стороны, нужно держать руку точно над ним, не изменяя положения датчика. Нередко пробу необходимо многократно повторять. Она требует от врача мануальных навыков — как мелкой моторики пальцев рук, так и работы всей рукой полностью. Также будут полезны навыки управления ультразвуковым сканером вслепую;

— операторозависимость. Объем перемещаемой при компрессии в антеградном направлении крови изменчив и нестандартизирован, он зависит от мышечной силы оператора и от размеров его руки. Это может иметь значение в определении продолжительности венозного рефлюкса и качественной его оценке;

— оценка рефлюкса в дистальных сегментах при помощи компрессионной пробы затруднительна;

— при наличии тромботического или воспалительного процесса проведение компрессионной пробы может быть болезненным или невыполнимым.

**Проба Вальсальвы** — проба, имитирующая изменение тока крови в венах при натуживании. При выполнении пробы Вальсальвы пациент делает глубокий вход и, не выдыхая, напрягает мышцы брюшной стенки. При этом резко повышается внутрибрюшное давление и давление в нижней полой вене, что приводит к прекращению антеградного кровотока в венах нижних конечностей, а при наличии клапанной несостоятельности — к появлению венозного рефлюкса [41, 42]. Проба Вальсальвы у здоровых людей при отсутствии клапанной несостоятель-

ности вен нижних конечностей может дать следующие результаты:

- полную остановку венозного кровотока;
- появление кратковременного обратного тока крови (менее 0,5/1 с).

При наличии клапанной недостаточности рефлюкс крови будет продолжаться до тех пор, пока пациент не расслабит мышцы брюшной стенки и не сделает выдох [43].

При пробе Вальсальвы нужно давать пациенту точные и четкие объяснения («вдохните, задержите дыхание и выдохните животом, как при дефекации», «вспомните, как тужились, когда рожали»); также можно помочь пациенту в выполнении этой пробы: в процессе проведения пробы можно надавить своей рукой на живот пациента и попросить сопротивляться давлению руки, оттолкнуть руку экзаменатора мышцами брюшной стенки.

Восстановление антеградного кровотока одновременно с выдохом позволяет удостовериться в том, что пробы Вальсальвы была выполнена корректно. Также косвенным признаком этого является изменение диаметра вены: в начале пробы, при натуживании, отмечается некоторое увеличение диаметра вены, а при выдохе вена несколько уменьшается.

Проба Вальсальвы применима для оценки рефлюкса только на уровне бедра (ОБВ, БВ, ГБВ, СФС и проксимальный сегмент БПВ). Недостатком пробы Вальсальвы является ее нестандартизируемость [36, 41, 42]. Также пробы Вальсальвы может быть малоинформативной в ситуациях, когда рефлюкс формируется дистальнее состоятельного остиального клапана БПВ (от уровня преостиально-го клапана, при других вариантах рефлюкса, формирующегося ниже СФС).

**Проба Кремона** (*Cremona manœuvre*) — модификация пробы Вальсальвы. Пациент по команде резко выдыхает через соломинку. При этом также повышается внутрибрюшное давление, прекращается антеградный ток крови, а при наличии клапанной недостаточности возникает рефлюкс крови.

**Тыльное приведение стопы** (имитация ходьбы) — при этой пробе врач просит пациента, не отрывая пятки от поверхности, совершив тыльное приведение стопы. При этом в глубоких венах голени возникает антеградный кровоток. При последующем возвращении стопы в исходное состояние при наличии клапанной недостаточности будет выявляться венозный рефлюкс. Преимуществом пробы является прежде всего ее физиологичность, поскольку кровоток оценивают в условиях, приближенных к реальным, в отличие от компрессионной пробы. Кроме того, имитация ходьбы удобна тем, что врачу не нужно отрывать пальцы от клавиатуры ультразвукового сканера при проведении пробы. Тыльное приведение стопы можно использовать при исследовании в положении пациента сидя.

**Проба Парана** (*Paraná manœuvre*) также основана на имитации работы мышечно-венозной помпы при ходьбе [44]. Пробу проводят в вертикальном положении пациента. Врач смещает пациента вперед, слегка толкая его в крестец или нижнюю часть поясницы. При этом пациент, стараясь сохранить вертикальное положение, невольно напрягает мышцы стопы и голени. В это время активизируется работа мышечно-венозной помпы и в глубоких венах нижних конечностей возникает сильный антеградный кровоток, который при наличии клапанной недостаточности в момент расслабления пациентом мышц стопы и голени сразу сменится на ретроградный (рефлюкс).

Эта пробы наряду с неоспоримым своим преимуществом (имитирует физиологический отток венозной крови) имеет ряд недостатков. Она может быть невыполнима у возрастных, тучных, физически ослабленных пациентов, а также у пациентов, чувствующих себя неуверенно в вертикальном положении; пробы требует отточенности движений рук экзаменатора; пробы также нестандартизируются.

**Проба с пневматической компрессией.** Манжету, подключенную к пневматическому насосу, накладывают на голень дистальнее исследуемой зоны. При автоматическом накачивании в манжету воздуха до заданного уровня давления происходит сдавление голени (как при ручной компрессионной пробе), что вызывает антеградный кровоток по подкожным и глубоким венам. При последующем быстрым сбросе давления при наличии клапанной недостаточности в исследуемых венах возникнет рефлюкс крови. Преимуществами этой провокационной пробы являются ее стандартизируемость, повторяемость и воспроизводимость, удобство для оператора. Однако необходимость приобретения специального оборудования и дополнительные временные затраты во время проведения данной пробы препятствуют ее широкому применению в повседневной практике.

### 3.7.2. Оценка венозного рефлюкса в перфорантных венах

Выявление рефлюкса в перфорантных венах проводят с использованием провокационных проб: пробы с имитацией ходьбы, пробы Парана, компрессионной пробы (ограниченно). При выявлении двунаправленного кровотока продолжительностью более 0,5 с можно говорить о наличии рефлюкса [35].

Для правильной интерпретации результатов компрессионной пробы врачу нужно помнить, что термин «рефлюкс» крови не является синонимом патологических изменений. Сложность заключается в том, что на сегодняшний день экспертами не выработано единого мнения о патологическом значении двунаправленного кровотока в перфорантных венах, о том, является ли каждая перфорантная ве-

на, в которой выявляется рефлюкс, несостоительной или нет.

Некоторые авторы для определения несостоительности перфорантной вены предлагают оценивать направление тока крови в мышечную систолу и диастолу либо при компрессионной пробе отдельно, либо при компрессии и декомпрессии [2, 39, 45].

В частности, двунаправленный кровоток может выявляться в escape-point (являются источником рефлюкса) перфорантных венах (PV) и в re-entry (перфорантная вена, через которую кровь, поступившая в подкожную систему через escape-point PV, возвращается в глубокие вены) перфорантных венах. Однако в escape-point PV рефлюкс будет выявляться при декомпрессии, тогда как в re-entry PV в этот же момент будет выявляться усиленный ортоградный кровоток [45–48].

Другими важными критериями, которые могут помочь оператору при оценке несостоительности перфорантной вены, являются ее расположение и связь с варикозно расширенными подкожными венами. Например, перфорантная вена на бедре, в которой выявляется рефлюкс, распространяющийся из нее в варикозно расширенную вену (например, в БПВ или ПДПВ), будет являться escape-point PV. Как правило, это будет справедливо и в отношении костного перфоранта большеберцовой кости. Если рефлюкс через СФС уходит в ствол БПВ и приток БПВ и заканчивается в перфорантной вене на голени, такая перфорантная вена может быть обозначена как re-entry PV.

Дифференциация между escape-point PV и re-entry PV может иметь принципиальное значение, поскольку устранение источника рефлюкса, скорее всего, приведет к нормализации кровотока и работы re-entry PV [45, 49].

Существует общий признак, который позволяет дать оценку перфорантной вене с двунаправленным кровотоком. Если такую перфорантную вену локируют выше массива варикозно расширенных вен, она служит источником рефлюкса, ниже — это дrenирующий перфорант.

В любом случае дифференциация перфорантных вен во время проведения исследования на escape-point PV и re-entry PV требует от оператора дополнительного времени, опыта и специальных навыков, описание которых находится вне рамок этого документа. Получить более подробную информацию по данному вопросу можно в специальной литературе, посвященной гемодинамической коррекции при варикозной болезни нижних конечностей (ВБНК) [45].

Ряд авторов в рутинной практике принимают допустимым считать косвенным признаком несостоительности перфорантной вены ее диаметр более 3,5 мм в точке прободения мышечной фасции [50]. Тем не менее ориентироваться только на этот параметр не следует [51].

### **3.8. Номенклатура медицинских услуг: ультразвуковое исследование вен нижних конечностей**

В номенклатуру ультразвуковых методов исследования вен нижних конечностей входят [52]:

- ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей;
- дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Термин «ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей» исторически появился раньше других, он обозначает слепое ультразвуковое сканирование (постоянно-волновой доплер, CW). Он не применим для обозначения ультразвукового исследования вен нижних конечностей, проводимого с использованием В-режима и доплеровских режимов сканирования.

Термин «дуплексное сканирование вен нижних конечностей» обозначает ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, проводимое с одновременным использованием двух режимов сканирования (это В-режим и цветовой или импульсно-волновой доплер), в то время как термин «триплексное сканирование вен нижних конечностей» обозначает сканирование с одновременным использованием трех режимов (это В-режим, цветовой и импульсно-волновой доплер).

Термины «дуплексное сканирование вен нижних конечностей» и «триплексное сканирование вен нижних конечностей» являются частными случаями, вариантами ультразвукового исследования вен нижних конечностей.

Для обозначения исследования вен нижних конечностей с применением ультразвука рекомендуется использовать термины «ультразвуковое исследование вен нижних конечностей» и «ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей».

Также см. раздел 5 «Отображение результатов ультразвукового исследования вен нижних конечностей. Формирование заключения».

**Комментарий.** Распространенный в англоязычной литературе термин *Duplex ultrasound (DUS, duplex Doppler ultrasound)* подразумевает сканирование в В-режиме с использованием одного или нескольких доплеровских режимов сканирования (импульсно-волнового, цветового и других доплеровских режимов визуализации кровотока).

## **4. Алгоритм выполнения ультразвукового исследования вен нижних конечностей**

При выполнении ультразвукового исследования вен нижних конечностей в плановом порядке вне зависимости от показаний к проведению или предшест-

вующей истории пациента исследование следует проводить на обеих нижних конечностях. Не существует стандартного для всех случаев порядка выполнения ультразвукового исследования вен нижних конечностей, равно как и не существует двух людей с абсолютно одинаковым строением венозной системы. Также каждый врач имеет свои привычки и предпочтения, может использовать различные навыки и маневры при проведении исследования. Тем не менее следует придерживаться определенного алгоритма (он может быть изменяемым), соблюдение которого позволит оценить все ключевые моменты и минимизировать вероятность диагностических ошибок. Проводя как первичное, так и повторное исследование, каждый раз в целях минимизации риска ошибок целесообразно следовать этому алгоритму.

#### **4.1. Глубокие вены бедра и голени**

##### **B-режим**

1. Бегло осмотреть вены на всем протяжении, со-поставить диаметр глубоких вен и одноименных артерий на бедре. Как правило, в ортостазе диаметр вены в 2 раза превышает диаметр артерии. Изменение соотношения в меньшую сторону может быть признаком врожденных аномалий строения или наличия посттромботических изменений. Вместе с тем этот критерий неприменим в случае удвоения глубокой магистрали.

2. При поперечном положении датчика выполнить датчиком компрессию вены с шагом 2–3 см (при наличии возможности) на предмет выявления посттромботических изменений и окклюзии (сжимаемость вены, утолщение и ригидность стенок, внутрипросветные включения, отсутствие вены в типичном месте).

**Комментарий.** Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей является динамическим компрессионным сканированием: вены исследуют не на отдельных сегментах, а на протяжении. Сканируя сосуд от устья до истока, необходимо сжимать сканируемые вены датчиком через небольшие промежутки (3–10 см), убеждаясь в отсутствии патологических изменений.

##### **Импульсно-волновой и цветовой доплер**

В режиме цветового доплера при продольном положении датчика оценить наличие связи с поверхностным дыханием. При помощи провокационных проб (компрессионной пробы, пробы с имитацией ходьбы) оценить наличие рефлюкса. При выявлении рефлюкса желательно переключиться в режим импульсно-волнового доплера, в продольном положении датчика оценить его длительность.

**Комментарий.** Качественная оценка рефлюкса возможна только при помощи импульсно-волнового доплера. Однако оценивать продолжительность рефлюкса в режиме импульсно-волнового доплера не всегда необходимо. Например, если выявленный в режиме цветово-

вого доплера рефлюкс однозначно и очевидно превышает пороговые значения (0,5/1 с), его точная длительность, определенная в режиме импульсно-волнового доплера, не будет нести в себе значимой диагностической информации.

#### **4.2. Подкожные вены**

##### **4.2.1. СФС, БПВ, добавочные подкожные вены, притоки на бедре**

##### **B-режим**

1. Бегло осмотреть вены на всем протяжении для оценки расширения, наличия перфорантных вен, притоков, признаков окклюзии.

2. Определить тип соотношения БПВ и притоков.

3. В поперечном положении датчика выполнить компрессию вены датчиком через небольшие промежутки (2–3 см) для выявления изменения стенок вены и ее окклюзии;

4. Измерить диаметр БПВ и СФС.

##### **Цветовой и импульсно-волновой доплер**

1. В поперечном или продольном положении датчика при помощи компрессионной пробы бегло оценить наличие кровотока и рефлюкса на всем протяжении бедра и голени.

2. Выполнить провокационные пробы (дистальную компрессионную пробу, пробу Вальсальвы, пробу с имитацией ходьбы) для оценки рефлюкса в области СФС (это общая бедренная и наружная подвздошная вена, СФС, проксимальная часть БПВ, добавочных подкожных вен и притоков), при этом предпочтительно продольное положение датчика.

3. При наличии рефлюкса необходимо определить его источник (соустье, перфорантная вена, приток), также рекомендуется количественно его оценить в режиме импульсно-волнового доплера, в продольном положении датчика.

##### **4.2.2. СПС и МПВ**

##### **B-режим**

1. Бегло осмотреть вены на всем протяжении для оценки расширения, наличия перфорантных вен, притоков, признаков окклюзии.

2. В поперечном положении датчика выполнить датчиком компрессию МПВ и ПВ через небольшие промежутки (2–3 см) для выявления изменения стенок вен и окклюзии.

3. Определить расположение СПС относительно подколенной кожной складки. Определить вариант дренирования икроножных вен (ПКВ или МПВ). Определить наличие БПМПВ и вариант его окончания.

4. Измерить диаметр СПС и МПВ.

##### **Цветовой и импульсно-волновой доплер**

1. В поперечном или продольном положении датчика при помощи компрессионной пробы бегло оценить наличие рефлюкса на всем протяжении.

2. Выполнить провокационные пробы (дистальную компрессионную пробу, пробу с имитацией ходьбы) для оценки рефлюкса в области СПС и в ПКВ, при этом предпочтительно продольное положение датчика.

3. При наличии рефлюкса следует определить его источник (соусьтье, перфорантная вена, приток), также рекомендуется количественно его оценить в режиме импульсно-волнового доплера, в продольном положении датчика.

#### **При выявлении окклюзии в подкожных и глубоких венах**

В В-режиме с осторожностью с помощью компрессии датчиком, в поперечном его положении относительно оси вены, определить ее границы; в режиме цветового доплера, в продольном положении датчика, определить степень окклюзии вены (окклюзирующий/неокклюзирующий тромбоз). При выявлении неокклюзивного тромба использовать компрессию датчиком не следует. В В-режиме или режиме цветового доплера, в продольном положении датчика, определить протяженность неокклюзивного поражения (флотации). При локализации тромба на бедре для определения его границ возможно с осторожностью использовать компрессию датчиком и проксимальную компрессионную пробу.

#### **4.3. Перфорантные вены**

1. В В-режиме выполнить компрессию вены датчиком для выявления изменения стенок вены и ее окклюзии.

2. При необходимости измерить диаметр перфорантной вены.

3. В режиме цветового доплера выполнить провокационные пробы (пробу Парана, пробу с имитацией ходьбы, компрессионную пробу — ограниченно). При выявлении рефлюкса желательно переключиться в режим импульсно-волнового доплера с целью количественной оценки рефлюкса.

**Комментарий.** Не следует оценивать каждую визуализированную перфорантную вену на предмет выявления рефлюкса. Внимание следует уделять только перфорантным венам, которые могут являться источником патологического рефлюкса: имеющим связь с расположенным дистальнее варикозно измененным венами или расположенным в зоне трофических расстройств мягких тканей. Также не следует измерять расстояние в сантиметрах от того или иного анатомического ориентира (стопы, лодыжки, мыщелка, щели коленного сустава, подколенной складки и пр.) до перфорантной вены.

#### **4.4. Обследование пациентов, ранее перенесших инвазивное лечение по поводу варикозной болезни**

Нет никакой принципиальной разницы в обследовании пациентов с первичным заболеванием и с рецидивом варикозной болезни. Вместе с тем

проведение ультразвукового обследования в таких случаях может предъявлять повышенные требования к квалификации специалиста ультразвуковой диагностики и к возможностям диагностического оборудования.

Перед ультразвуковым исследованием вен нижних конечностей следует пристально осмотреть кожный покров пациента на предмет наличия следов, оставшихся от предыдущего лечения (рубцов, следов от проколов и прошивания вен, рубцов после кожных некрозов, пигментации кожи), и соотнести их с нормальной анатомией венозной системы нижних конечностей.

При проведении ультразвукового исследования вен нижних конечностей у пациентов, ранее получавших хирургическое лечение, следует обращать пристальное внимание на СФС и СПС, так как соусьтья являются одним из частых источников рецидива. В частности, неоваскулогенез, характеризующийся как образование новых вен с патологическим рефлюксом в области выполненной кроссэктомии, при ультразвуковом исследовании определяется как сеть извитых вен различного диаметра, соединяющих кулью БПВ или МПВ с оставшимся сегментом БПВ, добавочными подкожными венами или МПВ [53–56].

Используя анатомические ориентиры, следует на всем протяжении исследовать фасциальные футляры магистральных подкожных вен.

При выявлении расширенных подкожных вен с рефлюксом следует тщательно и с большой долей внимания исследовать их на всем протяжении, оценить их связь с прочими венами, в том числе с магистральными, определить источник рефлюкса (соусьтье, приток, перфорантная вена и пр.).

Также необходимо уделять внимание особенностям и возможной патологии глубокой венозной системы нижних конечностей, подвздошных вен и вен таза (обструкция, рефлюкс) — патологические изменения в этих отделах венозной системы могут являться одним из факторов развития рецидива варикозной болезни.

### **5. Отображение результатов ультразвукового исследования вен нижних конечностей. Формирование заключения**

Результаты ультразвукового исследования вен нижних конечностей необходимо предоставить в виде четко и разборчиво оформленного описания, которое также должно быть дополнено графическим изображением (гемодинамической схемой, отображающей распространение рефлюкса и/или окклюзии) и фотографической документацией [2].

В титульной части должно быть указано следующее:

- дата и время проведения исследования, наименование исследования;
- наименование медицинского учреждения, в котором было выполнено исследование;
- ФИО пациента и его возраст;
- ФИО врача, выполнившего исследование;
- название ультразвуковой диагностической системы (сканера), тип датчика с указанием его диапазона частот.

**Комментарий.** Корректным является обозначать исследование как «ультразвуковое исследование вен нижних конечностей» или, согласно Приказу Минздрава России от 13.10.2017 №804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг», «дуплексное сканирование вен нижних конечностей». Также следует приводить перечень режимов сканирования, которые были использованы в данном исследовании (В-режим, варианты доплеровских режимов сканирования). Мы не рекомендуем использовать термин «триплексное сканирование вен», а также прочие термины и аббревиатуры, не включенные в номенклатуру медицинских услуг.

В описательной части желательно отобразить данные об исследованных сосудах (глубокие и магистральные вены обеих нижних конечностей), привести информацию об их состоянии (нормальное или измененное) и выявленных в них изменениях. В частности, в описательной части целесообразно указать:

- диаметры магистральных подкожных вен и соустий;
- тип соотношения БПВ и притоков, наличие добавочных подкожных вен;
- наличие и протяженность рефлюкса по магистральным подкожным венам;
- источник рефлюкса по несостоятельной магистральной подкожной вене (соостье, перфорантная вена, приток, несафенная вена и др.);
- измененные несафенные вены;
- при необходимости, если это имеет клиническое значение, наличие, диаметр и локализацию перфорантных вен с рефлюксом (двунаправленным кровотоком);
- индивидуальные анатомические особенности (такие как удвоение вен, локальные расширения, гипоплазия, существенные изгибы и извитости);
- если выявлена окклюзия вены, необходимо описать ее локализацию и распространенность. Особое внимание следует уделить описанию ее проксимальной границы.

Прочие выявленные изменения (отек, изменения лимфоузлов, разрывы мышц и гематомы, синовиальные кисты коленного сустава и пр.) также могут быть включены в описание.

Описание должно заканчиваться заключением, в котором врач, проводивший исследование, сум-

мирует и тезисно излагает выявленные данные. Формулировки заключения должны быть четкими, **необходимо исключить возможность двоякого толкования**.

Затруднения в визуализации и оценке каких-либо венозных сегментов должны быть отражены в заключении, например: «проксимальную границу тромба визуализировать не удалось», «сканирование венозного сегмента затруднено (ограничение сканирования по глубине)», «в связи с ортостатической реакцией оценка венозного сегмента не выполнена».

С учетом отсутствия однозначных ультразвуковых критериев патологического рефлюкса, отсутствия ультразвуковых критериев дифференцировки различных видов окклюзии (тромботическая, после эндовенозного вмешательства, склеротерапии) врачу функциональной диагностики следует избегать клинической интерпретации выявленных изменений и внесения в заключение нозологических единиц заболеваний вен.

**Комментарий.** «Варикозная болезнь» — некорректная формулировка. «Признаки несостоятельности БПВ и варикозной трансформации ее притоков» — корректная формулировка. «Тромбоз большой подкожной вены» — некорректная формулировка. «Окклюзия большой подкожной вены», «признаки окклюзии большой подкожной вены» — корректная формулировка.

Интерпретация данных ультразвукового исследования вен нижних конечностей, определение нозологической единицы и установка диагноза производится только врачом-хирургом (флебологом) на основе анализа всей имеющей на момент осмотра и обследования пациента информации (это жалобы и анамнез, данные физикального, инструментального и лабораторного обследования).

Также не следует вносить в текстовую часть и в заключение протокола ультразвукового исследования не являющиеся общепринятыми, не закрепленные в номенклатуре или несуществующие термины («варикозная трансформация глубоких вен», «степень несостоятельности вены или соостьи», «расширение и степень расширения глубоких и подкожных вен», «толщина венозной стенки» и проч.).

Нередко выявляемый эффект спонтанного контрастирования (подкожные, глубокие вены) не должен рассматриваться как «стаз крови», он не является предвестником венозного тромбоза и не несет значимой для флеболога информации. Вносить эту информацию в описательную или заключительную части протокола ультразвукового исследования вен нижних конечностей необходимости нет.

Фотографическая документация в большей части ситуаций несет в себе меньше информации, чем качественное словесное описание и отображение выявленных изменений на графической (гемодинамической) схеме. Нецелесообразно осуществлять печать фотографий, отображающих интактные вены, вы-

полненные измерения диаметра вен, наличие и продолжительность рефлюкса по данным доплеровских режимов сканирования.

Однако такие находки, как те, которые указаны ниже, могут быть прикреплены к результатам исследования в виде фотографической документации:

- любые другие объемные образования, размер которых можно определить;
- верхушка тромбоза при наличии возможности выполнить привязку на этой же фотографии к имеющимся анатомическим структурам;
- протяженность неокклюзивного тромбоза вен или флотации тромбомасс.

Мы рекомендуем дополнять протокол ультразвукового исследования вен нижних конечностей графической (гемодинамической) схемой. Графическая (гемодинамическая) схема во многих случаях информационно более насыщена и несет в себе больше данных для врача-хирурга, чем фотографическое изображение и текстовое описание.

В текстовой части протокола ультразвукового исследования вен нижних конечностей необходимо следовать принятой номенклатуре и использовать только русскоязычные термины и сокращения, приведенные в разделе «Список сокращений и терминов» данного документа.

## 6. Практические рекомендации экспертной группы по использованию ультразвукового исследования венозной системы нижних конечностей

Клиническое обследование пациентов с ХЗВ (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, пальпация) должно предшествовать инструментальному

Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей рекомендуется в качестве основного инструментального метода при обследовании пациентов с ХЗВ

Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей должно включать исследование поверхностных и глубоких вен обеих нижних конечностей

При ультразвуковом исследовании вен нижних конечностей рекомендуется оценивать анатомические особенности расположения вен, их диаметры, сжимаемость, характеристики венозного кровотока, включая продолжительность рефлюкса

Рефлюкс продолжительностью более 1 с в БВ, ОБВ и ПКВ и более 0,5 с во всех прочих венах нижних конечностей следует считать патологическим

Количественную оценку венозного рефлюкса в подкожных, глубоких и перфорантных венах нижних конечностей следует проводить в режиме импульсно-волнового доплера

Оценку состоятельности клапанного аппарата поверхностных и перфорантных вен следует проводить в положении пациента стоя

Для оценки состоятельности ОБВ, СФС и проксимального сегмента БПВ рекомендованы дистальная компрессионная проба и проба Вальсальвы, выполненные в вертикальном положении пациента

Венозные сегменты, расположенные дистальнее проксимального сегмента БПВ, ОБВ, рекомендовано оценивать на предмет выявления рефлюкса и окклюзий с помощью дистальной компрессионной пробы

Выявление двунаправленного кровотока в перфорантной вене не является однозначным признаком ее несостоятельности

Рекомендуется у пациента с С2 считать гемодинамически значимой несостоятельность перфорантной вены только в том случае, если она является источником рефлюкса

Для оценки кровотока в перфорантных венах рекомендовано использовать пробу Парана и пробу с имитацией ходьбы

Ультразвуковая доплерография не рекомендована в качестве самостоятельного метода диагностики у пациентов с ХЗВ

Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей рекомендовано в качестве основного инструментального метода диагностики у пациентов, ранее перенесших инвазивное лечение по поводу ВБНК

Протокол ультразвукового исследования вен нижних конечностей целесообразно дополнять графической (гемодинамической) схемой

## 7. Приложение. Ультразвуковая диагностика в хирургической практике. Юридические аспекты

Заключение подготовлено к.м.н. Д.С. Зубковым, начальником юридической службы холдинга «Здоровье», ведущим юристом МОО «ОРТО», старшим преподавателем кафедры фундаментальной и прикладной медицинской деятельности ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского».

### **Заключение юриста в рамках Договора оказания юридических услуг от 13.09.2021 №172/43 «Ультразвуковая диагностика в хирургической практике. Юридические аспекты»**

Использование ультразвуковых сканеров врачами хирургических специальностей порождает два основных организационно-юридических вопроса:

**1. Лицензионные требования.** Вправе ли клиника, не обладающая лицензией на оказание услуг по ультразвуковой диагностике, использовать аппарат УЗИ и располагать его в своих помещениях?

**2. Квалификационные требования.** Вправе ли врач хирургической специальности (врач-хирург, врач — сердечно-сосудистый хирург), не имеющий сертификата/свидетельства об аккредитации по ультразвуковой диагностике, использовать УЗИ-сканер в процессе осмотра пациента или при выполнении оперативных вмешательств?

### **Аппарат УЗИ в хирургической клинике: лицензионные требования**

Главное лицензионное требование к медицинской организации — соблюдение порядков оказания медицинской помощи, правил инструментальных исследований, а также повышение квалификации специалистов, выполняющих заявленные работы (услуги)<sup>1</sup>. При оказании медицинских услуг пациентам с заболеваниями вен следует соблюдать Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия»<sup>2</sup> и Порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями<sup>3</sup>, а при оказании медицинских услуг по ультразвуковой диагностике следует придер-

живаться Правил проведения ультразвуковых исследований<sup>4</sup>.

Порядки оказания медицинской помощи содержат стандарты оснащения структурных подразделений медицинской организации. Стандарты оснащения включают перечень медицинских изделий, необходимых для полноценного функционирования кабинета специалиста или профильного отделения, а также для получения медицинской организацией соответствующей лицензии. Упомянутые перечни медицинских изделий являются минимальным достаточным требованием, а не ограничивающим.

Стандарт оснащения кабинета врача-хирурга не предусматривает пребывание в кабинете хирурга аппарата ультразвуковой диагностики<sup>5</sup>. Тем не менее никаких ограничений в плане размещения дополнительного диагностического оборудования указанный стандарт также не содержит. Кроме того, следует учитывать, что в ряде порядков оказания медицинской помощи для обеспечения выполнения функций кабинета врача-специалиста рекомендуется использовать медицинское оборудование других структурных подразделений медицинской организации, в составе которой создан кабинет<sup>6</sup>.

Стандарт оснащения операционной хирургического дневного стационара, напротив, содержит ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики<sup>7</sup>. Сканер обязателен при выполнении реконструктивных пластических операций. Аналогичное правило распространяется и на операционные хирургических отделений стационарных медицинских организаций.

**Вывод:** в структурных подразделениях хирургического профиля (в кабинете врача-хирурга, в дневном стационаре, в хирургическом отделении стационара) допустимо размещение аппаратов ультразвуковой диагностики при условии соблюдения требований к их эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию (наличие технической документации и документов, подтверждающих право владения; исправность оборудования; договор о техническом обслуживании и т.д.).

### **УЗИ-датчик в руках хирурга: квалификационные требования**

Согласно законодательству, ультразвуковые исследования проводятся врачом ультразвуковой диагностики<sup>8</sup>, однако здесь важно отметить, что речь

<sup>1</sup>Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.21 №852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», пункт 6.

<sup>2</sup>Приказ Минздрава России от 15.11.12 №922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия"».

<sup>3</sup>Приказ Минздрава России от 15.11.12 №918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

<sup>4</sup>Приказ Минздрава России от 08.06.20 №557н «Об утверждении Правил проведения ультразвуковых исследований», пункт 10.

<sup>5</sup>Приказ Минздрава России от 15.11.12 №926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при заболеваниях нервной системы».

<sup>6</sup>Приказ Минздрава России от 15.11.12 №922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия"», Приложение №6.

<sup>7</sup>Приказ Минздрава России от 08.06.20 №557н «Об утверждении Правил проведения ультразвуковых исследований», пункт 10.

идет об ультразвуковых исследованиях как о самостоятельных медицинских услугах, подлежащих лицензированию соответствующими государственными органами и отдельной оплате.

В соответствии с профессиональным стандартом врача-хирурга **обязан уметь пользоваться необходимой медицинской аппаратурой, используемой для выполнения диагностических исследований и манипуляций**, а также знать основы рентгенологии, радиологии, эндоскопии, ультразвуковой диагностики у пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями<sup>9</sup>.

Более того, среди необходимых умений врача-хирурга перечислено 18 медицинских вмешательств под контролем ультразвукового исследования, и, как упомянуто выше, Стандарт оснащения операционной хирургического дневного стационара и хирургического отделения содержит ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики<sup>10</sup>, однако в рекомендуемых штатных нормативах соответствующих хирургических подразделений должность врача ультразвуковой диагностики отсутствует. Следовательно, ультразвуковую диагностику в этих условиях обязан осуществлять оперирующий врач-хирург или его ассистент.

Другой профессиональный стандарт относит к необходимым умениям врача — сердечно-сосудистого хирурга самостоятельное осуществление диагностических исследований, к числу которых отнесен ряд вмешательств, однако сам перечень не является исчерпывающим<sup>11</sup>. Так же сердечно-сосудистый хирург **обязан уметь выполнять диагностические или лечебные манипуляции на периферических сосудах** у пациентов с заболеваниями и (или) патологическими состояниями сердечно-сосудистой системы.

Врач — сердечно-сосудистый хирург обязан уметь проводить интерпретацию и клиническую оценку результатов лабораторных исследований и инструментальных обследований, например электрокардиографии в стандартных отведениях, рентгена грудной клетки в прямой и боковых проекциях, исследования функции внешнего дыхания, общего анализа крови, биохимического анализа крови<sup>12</sup>. Для этого ему не требуется удостоверение об аккредитации по функциональной диагностике, рентгенологии или лабораторной диагностике. В указанных случаях ультразвуковое исследование осуществляется хирургом в рамках врачебного осмотра пациента, а не как самостоятельная медицинская диагностическая услуга.

<sup>9</sup>Приказ Минтруда России от 26.11.18 №743н «Об утверждении Профессионального стандарта "Врач-хирург"».

<sup>10</sup>Приказ Минздрава России от 15.11.12 №922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия"», Приложения №6 и №9.

<sup>11</sup>Приказ Минтруда России от 14.03.18 №143н «Об утверждении Профессионального стандарта "Врач — сердечно-сосудистый хирург"».

<sup>12</sup>Приказ Минтруда России от 14.03.18 №143н «Об утверждении Профессионального стандарта "Врач — сердечно-сосудистый хирург"».

После оказания медицинской услуги по ультразвуковой диагностике врач ультразвуковой диагностики обязан составить подробнейший протокол исследования и предоставить пациенту соответствующее заключение с указанием ультразвуковых признаков, физиологических или патологических состояний<sup>13</sup>. Второй протокол исследования выдается на руки пациенту.

Врач-хирург при проведении осмотра пациента с использованием ультразвукового сканера, наоборот, использует датчик не для всестороннего исследования той или иной анатомической области, а для целенаправленного поиска источника профильного заболевания или состояния. Соответственно, запись с интерпретацией и клинической оценкой обнаруженных ультразвуковых явлений вносится в протокол осмотра в произвольной форме, протокол исследования не составляется, заключение специалиста не оформляется.

Таким образом, врачи хирургических специальностей вправе пользоваться методами ультразвуковой диагностики исключительно как вспомогательным инструментарием при медицинском осмотре пациента или в ходе оперативного вмешательства. При этом суждение специалиста не должно оформляться в виде врачебного заключения, поскольку врач-хирург не является экспертом в области ультразвуковой диагностики.

#### Выводы:

1. В кабинетах хирургического профиля и в операционных допустимо размещение аппаратов ультразвуковой диагностики без получения лицензии по ультразвуковой диагностике, но при условии соблюдения требований к эксплуатации медицинских изделий.

2. Медицинская организация, не обладающая лицензией на ультразвуковую диагностику, не вправе оказывать услуги по ультразвуковой диагностике и взимать за них плату, однако вправе применять соответствующий диагностический метод при организации осмотров врачами хирургических специальностей.

3. Врач-хирург, врач — сердечно-сосудистый хирург вправе использовать УЗИ-аппарат при осмотре пациента, а также при осуществлении оперативного вмешательства, однако не обязаны составлять протокол диагностического вмешательства и не вправе выдавать заключение специалиста по его результатам.

<sup>13</sup>Приказ Минздрава России от 08.06.20 №557н «Об утверждении Правил проведения ультразвуковых исследований».

## 8. Литература

1. Caggiati A, Bergan JJ, Głowiczki P, Jantet G, Wendell-Smith CP, Partsch H; International Interdisciplinary Consensus Committee on Venous Anatomical Terminology. Nomenclature of the veins of the lower limbs: an international interdisciplinary consensus statement. *J Vasc Surg.* 2002;36(2):416-422. <https://doi.org/10.1067/mva.2002.125847>
2. Coleridge-Smith P, Labropoulos N, Partsch H, Myers K, Nicolaides A, Cavezzi A. Duplex ultrasound investigation of the veins in chronic venous disease of the lower limbs—UIP consensus document. Part I. Basic principles. *Eur J Vasc Endovasc Surg.* 2006;31(1):83-92. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2005.07.019>
3. Cavezzi A, Labropoulos N, Partsch H, Ricci S, Caggiati A, Myers K, Nicolaides A, Smith P. Duplex ultrasound investigation of the veins in chronic venous disease of the lower limbs — UIP consensus document. Part II. Anatomy. *Eur J Vasc Endovasc Surg.* 2006;31(3):288-299. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2005.07.020>
4. Caggiati A, Bergan JJ, Głowiczki P, et al. Nomenclature of the veins of the lower limb: extensions, refinements, and clinical application. *J Vasc Surg.* 2005;41(4):719-724. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2005.01.018>
5. Zamboni P, Cappelli M, Marcellino MG, Murgia AP, Pisano L, Fabi P. Does a Varicose Saphenous Vein Exist? *Phlebology.* 1997;12(2):74-77. <https://doi.org/10.1177%2F02683559701200207>
6. Zamboni P, Portaluppi F, Marcellino MG, Manfredini R, Pisano L, Liboni A. Ultrasonographic assessment of ambulatory venous pressure in superficial venous incompetence. *J Vasc Surg.* 1997;26(5):796-802. [https://doi.org/10.1016/s0741-5214\(97\)70092-2](https://doi.org/10.1016/s0741-5214(97)70092-2)
7. Lee BB, Nicolaides AN, Myers K, Meissner M, Kalodiki E, Allegra C, Antignani PL, Bækgaard N, Beach K, Belcaro G, Black S, Blomgren L, Bouskela E, Cappelli M, Caprini J, Carpenter P, Cavezzi A, Chastanet S, Christenson JT, Christopoulos D, Clarke H, Davies A, Demaeseneer M, Eklöf B, Ermini S, Fernández F, Franceschi C, Gasparis A, Geroulakos G, Giannesini S, Gianoukas A, Głowiczki P, Huang Y, Ibegbuna V, Kakkos SK, Kistner R, Kölbel T, Kurstjens RL, Labropoulos N, Laredo J, Lattimer CR, Lugli M, Lurie F, Maletti O, Markovic J, Mendoza E, Monedero JL, Moneta G, Moore H, Morrison N, Mosti G, Nelzén O, Obermayer A, Ogawa T, Parsi K, Partsch H, Passariello F, Perrin ML, Pittaluga P, Raju S, Ricci S, Rosales A, Scuderi A, Slagsvold CE, Thurin A, Urbaneck T, M VAN Rij A, Vasquez M, Witten CH, Zamboni P, Zimmet S, Ezpeleta SZ. Venous hemodynamic changes in lower limb venous disease: the UIP consensus according to scientific evidence. *Int Angiol.* 2016;35(3):236-352. Accessed October 16, 2021. <https://www.minervamedica.it/en/journals/international-angiology/article.php?cod=R34Y2016N03A0236>
8. Meissner MH. Lower extremity venous anatomy. *Semin Intervent Radiol.* 2005;22(3):147-156. <https://doi.org/10.1055/s-2005-921948>
9. Ricci S, Cavezzi A. Echo-anatomy of long saphenous vein in the knee region: proposal for a classification in five anatomical patterns. *Phlebology.* 2002;16:111-116. <https://doi.org/10.1177/026835550201600306>
10. Caggiati A, Ricci S. The Long Saphenous Vein Compartment. *Phlebology.* 1997;12(3):107-111. <https://doi.org/10.1177/026835559701200307>
11. Ricci S, Caggiati A. Does a Double Long Saphenous Vein Exist? *Phlebology.* 1999;14(2):59-64. <https://doi.org/10.1177/026835559901400205>
12. Mühlberger D, Morandini L, Brenner E. Venous valves and major superficial tributary veins near the saphenofemoral junction. *J Vasc Surg.* 2009;49(6):1562-1569. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2009.02.241>
13. Dickson R, Hill G, Thomson IA, van Rij AM. The valves and tributary veins of the saphenofemoral junction: ultrasound findings in normal limbs. *Veins and Lymphatics.* 2013;2(e18):63-67. <https://doi.org/10.4081/vl.2013.e18>
14. Золотухин И.А., Богачев В.Ю., Кириенко А.И. Ультразвуковая анатомия малой подкожной вены. *Ангиология и сосудистая хирургия.* 2007;13(4):41-45.  
Zolotukhin IA, Bogachev VYu, Kiryenko AI. Ultrazvukovaya anatomiya maloj podkozhnoj veny. *Angiologiya i sosudistaya khirurgiya.* 2007;13(4):41-45. (In Russ.).
15. Hoffman HM, Staubesand J. Die venosen Abflussverhältnisse der Musculus Triceps surae. *Phlebologie.* 1991;20:164-168. (In German).
16. Caggiati A. Fascial relationships of the short saphenous vein. *J Vasc Surg.* 2001;34(2):241-246. <https://doi.org/10.1067/mva.2001.116972>
17. Georgiev M. The femoropopliteal vein. Ultrasound anatomy, diagnosis, and office surgery. *Dermatol Surg.* 1996;22(1):57-62. <https://doi.org/10.1111/j.1524-4725.1996.tb00572.x>
18. Georgiev M, Myers KA, Belcaro G. The thigh extension of the lesser saphenous vein: from Giacomini's observations to ultrasound scan imaging. *J Vasc Surg.* 2003;37(3):558-563. <https://doi.org/10.1067/mva.2003.77>
19. Labropoulos N, Giannoukas AD, Delis K, Kang SS, Mansour MA, Buckman J, Katsamouris A, Nicolaides AN, Littooy FN, Baker WH. The impact of isolated lesser saphenous vein system incompetence on clinical signs and symptoms of chronic venous disease. *J Vasc Surg.* 2000;32(5):954-960. <https://doi.org/10.1067/mva.2000.110349>
20. Schweighofer G, Mühlberger D, Brenner E. The anatomy of the small saphenous vein: fascial and neural relations, saphenofemoral junction, and valves. *J Vasc Surg.* 2010;51(4):982-989. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2009.08.094>
21. Gillot C. Le prolongement post-axial de la petite veine saphène: Étude anatomique — considérations fonctionnelles intérêt pathologique Société Française de Phlébologie. *Communications libres.* 2000;53(3):295-325.
22. Dodd H. Persistent varicose veins with special reference to the varicose tributaries of the superficial femoral and popliteal veins. *Proc R Soc Med.* 1958;51(10):817-820. Accessed October 16, 2021. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1889832/>
23. Dodd H. The Varicose Tributaries of the Popliteal Vein. *Proc R Soc Med.* 1964;57(5):394-396. Accessed October 16, 2021. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1897970](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1897970/)
24. Franceschi C, Zamboni P. *Principles of venous haemodynamics.* New York: Nova Science; 2010.
25. Van Limborgh J. L'anatomie du système veineux de l'extremité inférieure en relation avec la pathologie variqueuse. *Folia Angiol.* 1961;8:240-257. (In French).
26. Костромов И.А. Коммуникационные вены нижних конечностей и их значение в патогенезе варикозной болезни. *Врачебное дело.* 1951;1:33-38.  
Kostromov IA. Kommunikationsnye veny nizhnikh konechnostej i ikh znachenie v patogeneze varikoznoj bolezni. *Vrachebnoe delo.* 1951;1:33-38. (In Russ.).
27. Van Limborgh J, Hage EW. *Anatomical features of those perforating veins of the leg which frequently or infrequently become incompetent.* In: May R, Partsch H, Staubesand J. *Perforating veins.* München: Urban & Schwarzenberg; 1981.
28. Głowiczki P, Comerota AJ, Dalsing MC, Eklof BG, Gillespie DL, Głowiczki ML, Lohr JM, McLafferty RB, Meissner MH, Murad MH, Padberg FT, Papas PJ, Passman MA, Raffetto JD, Vasquez MA, Wakefield TW; Society for Vascular Surgery; American Venous Forum. The care of patients with varicose veins and associated chronic venous diseases: clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. *J Vasc Surg.* 2011;53(5 Suppl):2-48. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.01.079>
29. Чуриков Д.А., Кириенко А.И. Ультразвуковая диагностика болезней вен. 2-е изд. М.: ЛигТерра; 2016.  
Churikov DA, Kirienko AI. *Ul'trazvukovaya diagnostika boleznej ven.* 2-e izd. M.: LitTerra; 2016. (In Russ.).
30. Васильев А.Ю., Постнова Н.А., Дибиров М.Д., Шиманко А.И. Руководство по ультразвуковой флембологии. М.: МИА; 2007.  
Vasiliev AYu, Postnova NA, Dibirov MD, Shimanko AI. *Rukovodstvo po ul'trazvukovoj flebologii.* M.: MIA; 2007. (In Russ.).
31. Rastegar R, Harnick DJ, Weidemann P, Fuster V, Coller B, Badimon JJ, Chesebro J, Goldman ME. Spontaneous echo contrast videodensity is flow-related and is dependent on the relative concentrations of fibrinogen and red blood cells. *J Am Coll Cardiol.* 2003;41(4):603-610. [https://doi.org/10.1016/s0735-1097\(02\)02898-x](https://doi.org/10.1016/s0735-1097(02)02898-x)
32. Sidawy A, Perler B. *Rutherford's Vascular Surgery and Endovascular Therapy.* 9th Edition. Elsevier; 2018.
33. Kupinski AM. *The Vascular System.* Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
34. Labropoulos N, Tiongson J, Pryor L, Tassiopoulos AK, Kang SS, Ashraf Mansour M, Baker WH. Definition of venous reflux in lower-extremity veins. *J Vasc Surg.* 2003;38(4):793-798. [https://doi.org/10.1016/s0741-5214\(03\)00424-5](https://doi.org/10.1016/s0741-5214(03)00424-5)
35. Lurie F, Comerota AJ, Eklof B, Kistner RL, Labropoulos N, Lohr J, Marston W, Meissner M, Moneta G, Neglén P, Neuhardt D, Padberg F Jr, Welsh HJ. Multicenter assessment of venous reflux by duplex ultrasound. *J Vasc Surg.* 2012;55(2):437-445. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2011.06.121>

36. Mendoza E, Berger HA. Provokationsmanöver für die duplex-sonographische Diagnostik der Varikosis. *Gefäßchirurgie*. 2001;6:43-46. (In German). <https://doi.org/10.1007/s00720000116>
37. Sarin S, Sommerville K, Farrah J, Scurr JH, Coleridge Smith PD. Duplex ultrasonography for assessment of venous valvular function of the lower limb. *Br J Surg*. 1994;81(11):1591-1595. <https://doi.org/10.1002/bjs.1800811108>
38. Nicolaides A, Kakkos S, Baekgaard N, Comerota A, de Maeseneer M, Eklof B, Giannoukas AD, Lugli M, Maleti O, Myers K, Nelzén O, Partsch H, Perrin M. Management of chronic venous disorders of the lower limbs. Guidelines According to Scientific Evidence. Part I. *Int Angiol*. 2018;37(3):181-254. <https://doi.org/10.23736/s0392-9590.18.03999-8>
39. Mendoza E, Lattimer CR, Morrison N. *Duplex ultrasound of superficial leg veins*. New York: Springer; 2014.
40. Золотухин И.А., Богачев В.Ю., Кузнецов А.Н., Кириенко А.И. Недостаточность перфорантных вен голени: критерии и частота выявления. *Флебология*. 2008;2(1):21-26.  
Zolotukhin IA, Bogachev VYu, Keznetsov AN, Kirienko AI. Nedostatochnost' perforantnykh vен goleni: kriterii i chastota vyavleniya. *Flebologiya*. 2008;2(1):21-26. (In Russ.).
41. Jeanneret C, Labs KH, Aschwanden M, Bollinger A, Hoffmann U, Jäger K. Physiological reflux and venous diameter change in the proximal lower limb veins during a standardised Valsalva manoeuvre. *Eur J Vasc Endovasc Surg*. 1999;17(5):398-403. <https://doi.org/10.1053/ejvs.1998.0797>
42. Ricci S, Moro L, Minotti GC, Incalzi RA, De Maeseneer M. Valsalva manoeuvre in phlebologic practice. *Phlebology*. 2018;33(2):75-83. <https://doi.org/10.1177/026835516678513>
43. Lattimer CR, Kalodiki E, Azzam M, Geroulakos G. Volume displacements from an incompetent great saphenous vein during a standardised Valsalva manoeuvre. *Acta Phlebologica*. 2012;13(1):25-30. Accessed October 16, 2021. <https://www.minervamedica.it/en/journals/acta-phlebologica/article.php?cod=R43Y2012N01A0025>
44. Franceschi C. Mesures et interpretation des flux veineux lors des manœuvres de stimulation. Compressions manuelles et manœuvre de Paranà. Indice dynamique de reflux (IDR) et indice de Psatakis. *J Mal Vasc*. 1997;22:91-95. (In French).
45. Zamboni P, Mendoza E, Ganesini S. *Saphenous Vein-Sparing Strategies in Chronic Venous Disease*. Berlin: Springer; 2018.
46. Cappelli M, Ermini S, Turchi A, Bono G. Consideration hemodinamique sur les perforantes. *Phlebologie*. 1994;47(4):389-393. (In French).
47. Bjordal RI. Circulation patterns in incompetent perforating veins in the calf and in the saphenous system in primary varicose veins. *Acta Chir Scand*. 1972;138(3):251-261.
48. Stuart WP, Adam DJ, Allan PL, Ruckley CV, Bradbury AW. Saphenous surgery does not correct perforator incompetence in the presence of deep venous reflux. *J Vasc Surg*. 1998;28(5):834-838. [https://doi.org/10.1016/s0741-5214\(98\)70058-8](https://doi.org/10.1016/s0741-5214(98)70058-8)
49. Parks T, Lamka C, Nordestgaard AG. Changes in Perforator vein Reflux after saphenous Ablation. *J Vasc Ultrasound*. 2008;32(3):141-144. <https://doi.org/10.1177/2F154431670803200305>
50. Sandri JL, Barros FS, Pontes S, Jacques C, Salles-Cunha SX. Diameter-reflux relationship in perforating veins of patients with varicose veins. *J Vasc Surg*. 1999;30(5):867-874. [https://doi.org/10.1016/s0741-5214\(99\)70011-x](https://doi.org/10.1016/s0741-5214(99)70011-x)
51. Yamamoto N, Unno N, Mitsuoka H, Saito T, Miki K, Ishimaru K, Kaneko H, Nakamura S. Preoperative and intraoperative evaluation of diameter-reflux relationship of calf perforating veins in patients with primary varicose vein. *J Vasc Surg*. 2002;36(6):1225-1230. <https://doi.org/10.1067/mva.2002.128941>
52. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 июня 2020 г. №557н «Об утверждении Правил проведения ультразвуковых исследований». Ссылка активна на 16.10.21.  
Prikaz Ministerstva zdravookhraneniya RF ot 8 iyunya 2020 g. №557n «Ob utverzhdenii Pravil provedeniya ultrazvukovykh issledovanij». (In Russ.). <https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009150040>
53. De Maeseneer MG. The role of postoperative neovascularisation in recurrence of varicose veins: from historical background to today's evidence. *Acta Chir Belg*. 2004;104(3):283-289. <https://doi.org/10.1080/00015458.2004.11679555>
54. Van Rij AM, Jones GT, Hill GB, Jiang P. Neovascularization and recurrent varicose veins: more histologic and ultrasound evidence. *J Vasc Surg*. 2004;40(2):296-302. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2004.04.031>
55. Corbett CR, Prakash V. Neovascularisation is not an innocent bystander in recurrence after great saphenous vein surgery. *Ann R Coll Surg Engl*. 2015;97(2):102-108. <https://doi.org/10.1308/003588414x14055925061199>
56. Herman J, Musil D, Tichy M, Bachleda P. Recurrent varicose veins: causes and neovascularisation. A 17-year experience. *Int Angiol*. 2015;34(1):53-59. Accessed October 16, 2021. <https://www.minervamedica.it/en/journals/international-angiology/article.php?cod=R34Y2015N01A0053>

Поступила 10.10.2021

Received 10.10.2021

Принята к печати 15.10.2021

Accepted 15.10.2021